



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Real-Time PCR termocycler
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V technických specifikacích zadavatel uvádí definovanou uniformitu bloku: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ na jamku do 10s od dosažení cílové teploty a v dalším parametru maximální teplotu víka do 110°C . Námi nabízený systém, pracující na stejném principu, má definovanou uniformitu bloku: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ na jamku do 10s od dosažení cílové teploty a maximální teplotu víka do 105°C . Technický požadavek v zadávací dokumentaci by měl akceptovat určitý rozsah, který je nezbytný pro dané real-time PCR aplikace. Teplotní rozdíly ve specifikaci jsou v tomto případě zanedbatelné a námi nabízený přístroj splňuje všechny požadavky, které jsou kladeny na real-time PCR technologii. Bude zadavatel akceptovat námi nabízený přístroj, případně je možná změna zadávací dokumentace, aniž by byla dotčena kritéria požadovaných aplikací přístroje?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje požadavky a v příloze tohoto vysvětlení zasílá aktualizované technické parametry.

Dotaz č.2:

V technických specifikacích zadavatel uvádí podmínku na ovládací dotykový displej přístroje. Námi nabízený systém, pracující na stejném principu, je vybaven displejem, který není dotykový, ale k obsluze přístroj slouží tlačítka na panelu vedle displeje. Je tedy možné ovládat přístroj bez nutnosti připojení PC/notebooku. Nicméně obecně jsou tyto přístroje vždy využívány v kombinaci s počítačem, kvůli podpoře v podobě softwaru pro funkce přístroje,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

analýzu a export dat. Technický požadavek by neměl vylučovat alternativní přístroje pouze na základě vzhledu, který nemá vliv na funkci přístroje. Bude zadavatel akceptovat námi nabízený přístroj, případně je možná změna zadávací dokumentace?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje požadavky a v příloze tohoto vysvětlení zasílá aktualizované technické parametry.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠ UVEDNÝCH INFORMACÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 31. 1. 2022 DO 10:00 HODIN. OSTATNÍ INFORMACE ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNY.

S pozdravem,

.....

Mgr. Jakub Kubiček

Příloha č. 1 - aktualizované technické parametry