



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zveřejněno na profilu zadavatele dne 4. 3. 2022

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

React – EU – Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s.

část 9 předmětu veřejné zakázky
Dodávka operačních světel

Údaje o zadavateli:

zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
zastoupený: Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva
IČO: 260 95 165
profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html

Zastupující osoba dle § 43 zákona

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 619 72 690
kontakt, telefon, e-mail: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz
datová schránka: zxhwt2n

Nemocnice Prachatice, a.s., Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 IČO 260 95 165 zastoupená Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávky označenou **React – EU – Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s.** (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 22. 2. 2022 (ev. číslo zakázky Z2022-007603) a Úředního věstníku Evropské unie a dále uveřejněním zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh na svém profilu zadavatele dne 25. 2. 2022.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky **pro část 9 Dodávka operačních světel**, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Žádost o vysvětlení obsahu zadávacích podmínek (1):

Dotaz č. 1.1:

Bude zadavatel akceptovat operační světlo s intenzitou osvětlení 50 000 až 160 000lx a endo mód o intenzitě osvětlení 500lx.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ano. Zadavatel požaduje intenzitu osvětlení 160 000lx a endo mód nebo ambientní osvětlení na vrchu kupole operačního světla.

Dotaz č. 1.2:

Bude zadavatel akceptovat nastavení intenzity osvětlení v 7 krocích?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ano. Pokud existuje možnost plynulého nastavení intenzity osvětlení v uvedeném rozsahu (cca 30 - 100% intenzity plynule či alespoň v 7 krocích, pak to bude vyhovovat zadání a požadavkům. Technická specifikace bude v tomto upravena a lhůta pro podání nabídek prodloužena.

Dotaz č. 1.3:

Bude zadavatel akceptovat ovládání operačních světel z nástěnného panelu a na madle operačního světla.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ano. Dle zaslané technické specifikace zamýšleného zařízení, ze které je zřejmé, co je madlo a co rukojeť, jaké ovládání je na nástěnném panelu budu zadavatel toto zamýšlené řešení akceptovat.

V Ostravě dne 4. 3. 2022

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele