



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zveřejněno na profilu zadavatele dne 4. 3. 2022

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

React – EU – Modernizace Nemocnice Prachatic, a.s.

část 13 předmětu veřejné zakázky
Rozšíření RTG snímkovny

Údaje o zadavateli:

zadavatel: Nemocnice Prachatic, a.s.
sídlo: Prachatic, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
zastoupený: Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva
IČO: 260 95 165
profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html

Zastupující osoba dle § 43 zákona

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 619 72 690
kontakt, telefon, e-mail: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz
datová schránka: zxhwt2n

Nemocnice Prachatic, a.s., Prachatic, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 IČO 260 95 165 zastoupená Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávky označenou **React – EU – Modernizace Nemocnice Prachatic, a.s.** (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 22. 2. 2022 (ev. číslo zakázky Z2022-007603) a Úředního věstníku Evropské unie a dále uveřejněním zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh na svém profilu zadavatele dne 25. 2. 2022.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky **pro část 13 Rozšíření RTG snímkovny**, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Žádost o vysvětlení obsahu zadávacích podmínek (1):

Dotaz č. 1.1:

„Zadávací dokumentace – Základní informace k veřejné zakázce (část 13)“

Zadavatel v zadávací dokumentaci „základní informace k veřejné zakázce“ pro část č. 13 vymezil předpokládanou cenu jako maximální a nepřekročitelnou. Upraví zadavatel předpokládanou cenu jako překročitelnou, tedy aby uchazeči v případě překročení nebyli vyloučení ze zadávacího řízení? „Zadávací dokumentace část 13 předmětu veřejné zakázky - Rozšíření RTG snímkovny“

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel požadavku dodavatele vyhovuje. **Podmínka uvedená v čl. 2 odst. 7 v dokumentu označeném jako Základní informace k VZ (citace viz níže) se ruší.**

Zrušená podmínka:

Nabídková cena dodavatele nesmí být vyšší, než předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky. V případě, že dodavatel nebude tuto podmínku respektovat, bude tato skutečnost považována za nesplnění vyhlášených podmínek veřejné zakázky.

Dotaz č. 1.2:

„Zadávací dokumentace část 13 předmětu veřejné zakázky - Rozšíření RTG snímkovny“

Zadavatel v zadávací dokumentaci pro část č. 13 vymezil vzhledem k charakteru plnění prohlídku místa instalace, zřejmě administrativní chybou, s chybným datem prohlídky. Uchazeč tímto žádá o uvedení relevantního data prohlídky místa instalace.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel děkuje tazateli za upozornění chyby v zadávacích podmínkách. Do čl. 7 odst. 4 zadávací dokumentace zadavatel doplňuje termín pro **prohlídku místa plnění na 23. 3. 2022 od 09:30 hodin** se srazem před budovou ředitelství zadavatele.

Dotaz č. 1.3:

„03 P2 Technická specifikace pro část 13 “

Zadavatel uvádí v části *Ovládací pracovní stanice: Stanice s možností zadávání patientských dat v podobě All-in-one PC, s následným zpracováním digitálního obrazu.*

Standardně se dodává řešení plnohodnotného akvizitní stanice v konfiguraci stolní PC, monitor, kde je mimo jiné možnost zabezpečit potřebný adekvátní výkon pro chod uvedené stanice.

Bude zadavatel akceptovat řešení, se stolním PC, který je možné variabilně umístit i vzhledem potřebám dezinfekce povrchů?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel odkazuje na přílohu tohoto vysvětlení, kde na základě vzneseného dotazu upravil technickou specifikaci části 13 předmětu veřejné zakázky.

Dotaz č. 1.4:

„03 P2 Technická specifikace pro část 13 “

Uchazeč se domnívá, že se zadavatel dopustil administrativní chyby, když uvádí v části *detektory a expozice uvádí: pevný detektor s aktivní plochou min. 34x42 cm.*

V ostatní textaci je uveden volný přenosný detektor, což je žádoucí pro potřeby snímkování jak pacientů u vertigrafu tak při volných projekcích na lůžku. Oboje řešení se vylučují.

Bude zadavatel akceptovat tedy pouze volný přenosný detektor, který je možné vysunout s vertigrafu pro volné projekce?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel odkazuje na přílohu tohoto vysvětlení, kde na základě vzneseného dotazu upravil technickou specifikaci části 13 předmětu veřejné zakázky.

V Ostravě dne 4. 3. 2022

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele