



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zveřejněno na profilu zadavatele dne 10. 3. 2022

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

React – EU – Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s.

část 5 předmětu veřejné zakázky

Dodávka EKG

Údaje o zadavateli:

zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
zastoupený: Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva
IČO: 260 95 165
profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html

Zastupující osoba dle § 43 zákona

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 619 72 690
kontakt, telefon, e-mail: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz
datová schránka: zxhwt2n

Nemocnice Prachatice, a.s., Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 IČO 260 95 165 zastoupená Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávky označenou **React – EU – Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s.** (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 22. 2. 2022 (ev. číslo zakázky Z2022-007603) a Úředního věstníku Evropské unie a dále uveřejněním zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh na svém profilu zadavatele dne 25. 2. 2022.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky **pro část 5 Dodávka EKG**, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Žádost o vysvětlení obsahu zadávacích podmínek (1):

Dotaz č. 1.1:

Zadavatel v příloze P2 Technická specifikace požaduje Paměť až na 800 záznamů EKG a současně LAN modul pro bezdrátovou komunikaci s NIS nebo jiný způsob zapojení do NIS nemocnice. Rozumíme

správně, že zadavatel požaduje 6 ks EKG přístrojů s připojením do NIS, s přenosem snímaných dat. Bude zadavatel akceptovat námi nabízené řešení, kdy EKG přístroj s připojením do NIS disponuje pamětí na 300 záznamů EKG?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ano, takovéto řešení bude akceptováno, pokud se zhotovené EKG odešle a načte do PACS a tím do NIS. Požadavek na paměť je „až 800 záznamů“, takže i 300 záznamů je dostačujících, pokud bude připojení pomocí WIFI do NIS skrze PACS, kam se křivka z EKG automaticky ukládá.

K dodaným EKG musí být dodány i potřebné funkcionality a licence pro propojení s PACS a NIS, jak je požadováno - LAN modul nebo WIFI modul (dle různého označení různých výrobců) pro bezdrátovou komunikaci dle našich zkušeností to lze slovy IT specialisty popsat jako „WIFI modul pro bezdrátovou komunikaci s ověřováním 802.1X s napojením na PACS v DICOM formátu“.

V Ostravě dne 10. 3. 2022

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele