



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zveřejněno na profilu zadavatele dne 18. 3. 2022

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

React – EU – Modernizace Nemocnice Prachatic, a.s.

část 11 předmětu veřejné zakázky

Dodávka ventilátoru

Údaje o zadavateli:

zadavatel: Nemocnice Prachatic, a.s.
sídlo: Prachatic, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
zastoupený: Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva
IČO: 260 95 165
profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html

Zastupující osoba dle § 43 zákona

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 619 72 690
kontakt, telefon, e-mail: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz
datová schránka: zxhwt2n

Nemocnice Prachatic, a.s., Prachatic, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 IČO 260 95 165 zastoupená Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávky označenou **React – EU – Modernizace Nemocnice Prachatic, a.s.** (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 22. 2. 2022 (ev. číslo zakázky Z2022-007603) a Úředního věstníku Evropské unie a dále uveřejněním zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh na svém profilu zadavatele dne 25. 2. 2022.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky **pro část 11 Dodávka ventilátoru**, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Žádost o vysvětlení obsahu zadávacích podmínek (1):

Dotaz č. 1.1:

Zadavatel požaduje: Paramagnetické měření kyslíku.

Dodavatel nabízí: Ultrazvukové měření kyslíku-ultrazvukový senzor slouží po celou dobu životnosti ventilátoru a není potřeba ho vyměňovat. Připouští zadavatel toto technické řešení?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel dodavatelem navržené řešení nebude akceptovat a trvá na metodě paramagnetického měření O₂ jako na osvědčené metodě vykazující maximální stabilitu a nejnižší poruchovost ze všech metod měření.

Dotaz č. 1.2:

Zadavatel požaduje: Kontinuální měření přímého intraalveolárního tlaku.

Dodavatel nabízí: Měření jícnového a transpulmonárního tlaku. Připouští zadavatel toto technické řešení?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel dodavatelem navržené řešení nebude akceptovat a trvá na kontinuálním měření intraalveolárního tlaku jako na nejmodernější, nejpreciznější a nejméně invazivní metodě, navíc měření jícnového tlaku by bylo spojeno s nákupem dražšího spotřebního materiálu (NG sonda s možností měření vs. obyčejná NG sonda).

V Ostravě dne 18. 3. 2022

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele