

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – č. 1
ze dne 23. 3. 2022

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Automatický biochemický analyzátor – močová analýza“

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zastoupený: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Automatický biochemický analyzátor – močová analýza“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení pod evidenčním číslem zakázky Z2022-009788, který byl dne 14. 3. 2022 uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Požadavek zadavatele: objem vzorku na všechny analýzy max. 1 ml
Dotaz: Vzhledem k požadavku na obousměrnou komunikaci močové linky s LISem a možností vyšetřit selektivně pouze moč chemicky nebo pouze analýzu sedimentu či požadavku na chemickou analýzu moči včetně vyšetření sedimentu, podáváme následující dotaz.

Je správně interpretován požadavek zadavatele pro objem vzorku k analýze max. 1 ml pro jednotlivé moduly močové linky, tj. pro chemickou analýzu 1 ml, pro vyšetření sedimentu moči rovněž 1 ml a obrazovou analýzu obdobně 1 ml ?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel potvrzuje znění specifikace ze Zadávací dokumentace.

Ano, jedná se o objem vzorku max. 1 ml pro jednotlivé moduly močové linky.

Zdeňka Nigrinová
oddělení veřejných zakázek

Dne 23. 3. 2022
V Českých Budějovicích