

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 **ze dne 23. 03. 2022**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Transportní vozíky pro centrální sterilizaci“

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zastoupený: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 26068877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku na „Transportní vozíky pro centrální sterilizaci“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 08. 03. 2022, který byl uveřejněn pod evidenčním číslem zakázky Z2022-009190 ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Abychom mohli vyhovět požadavku mytí všech vozíků je nutné znát co představuje proces - chemicko termická dezinfekce teplota procesu 90st. Je možné popsat jednotlivé úkony mycího procesu. Popřípadě poslat video, nebo odkaz na výrobce velkokapacitních myček abychom získali dané informace apod.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Vozíky musí vydržet pravidelné mytí ve velkokapacitních myčkách na centrální sterilizaci tímto způsobem:

1, Chemicko-termická dezinfekce – mytí probíhá při teplotě 60°C a vyšší koncentraci přidané chemie cca 1 hod. U tohoto typu mytí se používají chemické přípravky Neodisher MediClean special plus a Neodisher Deconta AF. První přípravek je tekutý, kyselý speciální čistící prostředek, obsahuje neionogenní tenzidy a fosfáty. Druhý přípravek se používá na závěrečný oplach a obsahuje neionogenní tenzidy, alkyldimethylamoniumchlorid a N,N –didecyl-N-methylpolyammoniumpropionat.

2. Termická dezinfekce – mytí probíhá při teplotě 90°C a nižší koncentraci přidané chemie cca 1 hod. U tohoto typu mytí se používají chemické přípravky Neodisher Mediclean Forte a Neodisher Deconta AF. První přípravek je alkalický čistící prostředek, obsahuje neionogenní a anioaktivní tenzidy – další látky enzymy. Druhý přípravek se používá na závěrečný oplach a

obsahuje neionogenní tenzidy, alkyldimethylamoniumchlorid a N,N –didecyl-N-methyl-polyammoniumpropionat.

Upřednostňována bude termická dezinfekce.

Myčky, ve kterých bude mytí vozíků probíhat, jsou od firmy MMM Münchener Madizin Mechanik GmbH (typ myčky Uniclean ML). Zadavatel přitom ale upozorňuje, že v budoucnu může pořídit i jiný typ myčky (např. od firem Belimed, Getinge či Miele Steelco), které však mají naprosto shodný princip ať již chemicko-termické či termické dezinfekce, a proto typ myčky není pro nabídku vozíků podstatný.

Dotaz č. 2:

Může být nahrazeno požadované řešení částečně výsuvných drátěných polic u uzavřených přepravních vozíků na kontejnery a sterilní materiál pevnými (výškově přestavitelnými) ližinami nebo policemi?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Zadavatel trvá na požadovaném řešení s částečně výsuvnými drátěnými policemi pro usnadnění vyjmutí plného sterilizačního kontejneru z vozíku.

V Českých Budějovicích dne 23. 03. 2022

Ing. Michaela Michalcová

Oddělení veřejných zakázek