



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zveřejněno na profilu zadavatele dne 24. 3. 2022

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1 a 2)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

React – EU – Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s.

část 1 předmětu veřejné zakázky

Dodávka anesteziologického přístroje

Údaje o zadavateli:

zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
zastoupený: Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva
IČO: 260 95 165
profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html

Zastupující osoba dle § 43 zákona

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 619 72 690
kontakt, telefon, e-mail: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz
datová schránka: zxhwt2n

Nemocnice Prachatice, a.s., Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 IČO 260 95 165 zastoupená Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávky označenou **React – EU – Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s.** (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 22. 2. 2022 (ev. číslo zakázky Z2022-007603) a Úředního věstníku Evropské unie a dále uveřejněním zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh na svém profilu zadavatele dne 25. 2. 2022.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky **pro část 1 Dodávka anesteziologického přístroje**, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Žádost o vysvětlení obsahu zadávacích podmínek (1):

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci „Obrazovka ventilátoru umístěná na rameni přístroje s držákem pro horizontální uchycení patientského monitoru životních funkcí“. Bude zadavatel akceptovat řešení v podobě integrovaného monitoru o úhlopříčce 15“ v anesteziologickém přístroji a monitor vitálních funkcí umístěn na otočném rameni z boku přístroje s tím, že oba displeje budou v jedné rovině v

podélném směru? Zadavatel požaduje v dalších požadovaných parametrech u monitoru životních funkcí pacienta: „Možnost dokoupit k monitoru modul pro měření čtyřkanálového EEG a AEP. Z veřejně dostupných zdrojů je známo, že parametr AEP splňuje pouze jediná firma a na základě toho by tento požadavek mohl být brán jako diskriminační. Bude zadavatel akceptovat nabídku čtyřkanálového modulu EEG bez AEP

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel nebude akceptovat řešení v podobě integrovaného monitoru. Zadavatel vzhledem k rozestavení přístrojů na operačním sále a složitému prostorovému uspořádání operačního sálu požaduje, aby bylo možné nastavovat polohu obou monitorů jednou rukou současně a aby při nutnosti natočení ovládacího monitoru anesteziologického přístroje nemusel lékař pohybovat celou anesteziologickou sestavou, což je jednak časově náročné a jednak zvyšuje riziko rozpojení kabeláže mezi monitorem vitálních funkcí a pacientem.

Zadavatel umožní měření EEG s AEP samostatným přístrojem. Hodnoty a křivky však musí být přenášeny/zobrazeny na monitoru vitálních funkcí.

Žádost o vysvětlení obsahu zadávacích podmínek (2):

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v příloze č. 3 Zadávací dokumentace, Kupní smlouvě pro část 1, v čl. 5. Doba plnění, odst. 5.3. Prodávající se zavazuje fyzicky dodat Předmětu smlouvy včetně všech součástí a příslušenství v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Předmětu smlouvy, provést montáž a instalaci Předmětu smlouvy v místě plnění, zajistit a provést potřebné validace, zaškolit obsluhu a uvést Předmětu smlouvy do běžného provozu, to vše nejpozději do 90 kalendářních dní od podpisu této smlouvy.

Bude zadavatel, s ohledem na aktuální komplikovanou situaci ohledně dodávek komponentů nutných pro výrobu přístrojů, akceptovat realizaci dodávky do 120 dnů od účinnosti smlouvy?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel považuje svůj požadavek vymezený v zadávacích podmínkách (kupní smlouva) na termín dodání předmětu smlouvy v délce 90 dní, za termín zcela obvyklý a dostatečný. Zadavatel sice rozumí obavám dodavatelů, nicméně v současné době (tj. ve lhůtě pro podání nabídek) nelze předjímat všechny potenciální nepředvídatelné okolnosti, které mohou nebo by mohly mít vliv na obsah zadávacích podmínek. Před zahájením předmětného zadávacího nebyla geopolitická situace v Evropě taková, jaká je bohužel nyní. Pokud by po podpisu smlouvy nastaly jakékoliv skutečnosti (např. způsobené vojenským konfliktem), lze tuto situace zcela určitě řešit ex-post i ve spolupráci s poskytovatelem dotace (CRR).

S ohledem na obsah odpovědi zadavatele k dotazu vedeného pod číslem 1, když tato jeho odpověď může rozšířit potenciální okruh dodavatelů, se zadavatel rozhodl **pro část 1 předmětu veřejné zakázky** prodloužit lhůtu pro podání nabídek, **a to o celou její původní lhůtu.**

Vzhledem k nemožnosti prodloužit lhůtu pro podání nabídek libovolně pro část 1 předmětu veřejné zakázky **React – EU – Modernizace Nemocnice Prachatic, a.s.** v rámci již probíhajícího řízení, rozhodl se zadavatel zvolit takový způsob řešení, který nebude v kolizi se zákonem takto:

Zadavatel v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ruší část 1 předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel své rozhodnutí o zrušení části 1 předmětu veřejné zakázky zveřejní způsobem stanoveným zákonem, tzn., že zrušení zadávacího řízení **pro část 1** zveřejní ve Věstníku Evropské unie a Úředním věstníku Evropské unie a obratem zahájí (vyhlásí) otevřené řízení na původní část 1 předmětu veřejné zakázky. Společně se zadávacími podmínkami budou v rámci nového zadávacího řízení zveřejněny všechny doposud obdržené dotazy dodavatelů, resp. odpovědi zadavatele na tyto dotazy.

Zadavatel se za způsobené problémy omlouvá.

V Ostravě dne 23. 3. 2022

Jana Kobělušová
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele