



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zveřejněno na profilu zadavatele dne 24. 3. 2022

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (2 a 3)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

React – EU – Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s.

část 11 předmětu veřejné zakázky
Dodávka ventilátoru

Údaje o zadavateli:

zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
zastoupený: Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva
IČO: 260 95 165
profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html

Zastupující osoba dle § 43 zákona

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 619 72 690
kontakt, telefon, e-mail: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz
datová schránka: zxhwt2n

Nemocnice Prachatice, a.s., Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 IČO 260 95 165 zastoupená Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávky označenou **React – EU – Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s.** (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 22. 2. 2022 (ev. číslo zakázky Z2022-007603) a Úředního věstníku Evropské unie a dále uveřejněním zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh na svém profilu zadavatele dne 25. 2. 2022.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky **pro část 11 Dodávka ventilátoru**, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Žádost o vysvětlení obsahu zadávacích podmínek (1):

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci „Měření funkční reziduální kapacity plic“. Z veřejně dostupných zdrojů je známo, že parametr „Měření funkční reziduální kapacity plic“ splňuje pouze jediná

firma a na základě toho by tento požadavek mohl být brán jako diskriminační. Bude zadavatel akceptovat nabídku plicního ventilátoru bez funkce „Měření funkční reziduální kapacity plic“?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Požadavek na měření funkční reziduální kapacity vychází z požadavku na zabezpečení protektivní plicní ventilace pacienta. Zadavatel na svém požadavku trvá, nicméně umožňuje tuto hodnotu měřit samostatným přístrojem dodaným současně s ventilátorem.

Žádost o vysvětlení obsahu zadávacích podmínek (3):

Dotaz č. 1.1:

Zadavatel stanovil způsob hodnocení nabídek v části 11 „podle ekonomické výhodnosti“. S ohledem na zásadu environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek dle ust. § 6 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, se domníváme, že je zde zohledněna životnost nabízeného předmětu. Jaká je minimální požadovaná životnost? Bude to obvyklých 8 let? Uchazeč nabízí zdravotnický prostředek s životností 8 let. Bude tato hodnota pro zadavatele dostatečná?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel s ohledem zásadu environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek i na péči správného hospodáře a hospodárné využití pořízení zdravotní techniky předpokládá a požaduje životnost plicního ventilátoru minimálně 8 let. Údaj o životnosti přístroje musí být uveden v řízené dokumentaci výrobce, jako je např. *Návod k obsluze* nebo *Servisní manuál*. V nabídce musí být uvedeno, kde může zadavatel tento údaj ověřit. **Vzhledem k tomuto zpřesnění zadávacích podmínek (tj. životnost plicního ventilátoru minimálně 8 let) zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to o celou její původní lhůtu.**

Dotaz č. 1.2:

Zadavatel požaduje v příloze č. 3 Zadávací dokumentace, Kupní smlouvě pro část 11, v čl. 5. Doba plnění, odst. 5.3. Prodávající se zavazuje fyzicky dodat Předmětu smlouvy včetně všech součástí a příslušenství v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Předmětu smlouvy, provést montáž a instalaci Předmětu smlouvy v místě plnění, zajistit a provést potřebné validace, zaškolit obsluhu a uvést Předmětu smlouvy do běžného provozu, to vše nejpozději do 90 kalendářních dní od podpisu této smlouvy.

Bude zadavatel, s ohledem na aktuální komplikovanou situaci ohledně dodávek komponentů nutných pro výrobu přístrojů, akceptovat realizaci dodávky do 120 dnů od účinnosti smlouvy?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel považuje svůj požadavek vymezený v zadávacích podmínkách (kupní smlouva) na termín dodání předmětu smlouvy v délce 90 dní, za termín zcela obvyklý a dostatečný. Zadavatel sice rozumí obavám dodavatelů, nicméně v současné době (tj. ve lhůtě pro podání nabídek) nelze předjímat všechny potenciální nepředvídatelné okolnosti, které mohou nebo by mohly mít vliv na obsah zadávacích podmínek. Před zahájením předmětného zadávacího nebyla geopolitická situace v Evropě taková, jaká je bohužel nyní. Pokud by po podpisu smlouvy nastaly jakékoliv skutečnosti (např. způsobené vojenským konfliktem), lze tuto situace zcela určitě řešit ex-post i ve spolupráci s poskytovatelem dotace (CRR).

S ohledem na obsah odpovědi zadavatele k dotazu vedeného pod číslem 1.1, když tato jeho odpověď může rozšířit potenciální okruh dodavatelů, se zadavatel rozhodl **pro část 11 předmětu veřejné zakázky** prodloužit lhůtu pro podání nabídek, **a to o celou její původní lhůtu**, jak u této odpovědi uvádí.

Vzhledem k nemožnosti prodloužit lhůtu pro podání nabídek libovolně pro část 11 předmětu veřejné zakázky **React – EU – Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s.** v rámci již probíhajícího řízení, rozhodl se zadavatel zvolit takový způsob řešení, který nebude v kolizi se zákonem takto:

Zadavatel v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ruší část 11 předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel své rozhodnutí o zrušení části 11 předmětu veřejné zakázky zveřejní způsobem stanoveným zákonem, tzn., že zrušení zadávacího řízení **pro část 11** zveřejní ve Věstníku Evropské unie a Úředním věstníku Evropské unie a obratem zahájí (vyhlásí) otevřené řízení na původní část 1 předmětu veřejné zakázky. Společně se zadávacími podmínkami budou v rámci nového zadávacího řízení zveřejněny všechny doposud obdržené dotazy dodavatelů, resp. odpovědi zadavatele na tyto dotazy.

Zadavatel se za způsobené problémy omlouvá.

V Ostravě dne 24. 3. 2022

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele