

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – č. 1
ze dne 25. 3. 2022

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Hmotnostní spektrometr“

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zastoupený: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Hmotnostní spektrometr“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení pod evidenčním číslem zakázky Z2022-009781, který byl dne 14. 3. 2022 uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat i nabídku s technickou specifikací
32S (jako SO+) 200 a 31P (jako PO+) 50?

Postačí jako možnost předvedení přístroje online prezentace našimi odborníky z Thermo Scientific? Alternativně nabízíme návštěvu v naší demo laboratoři v Německu.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel bude akceptovat detekční limity (ng/l) 32S (jako SO+) 200 a 31P (jako PO+) 50 jako dostatečné.

Zdeňka Nigrinová
Oddělení veřejných zakázek

V Českých Budějovicích
Dne 25. 3. 2022