



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

zveřejněno na profilu zadavatele dne 31. 3. 2022

## VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (2)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení  
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

**React – EU – Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s.**

**část 8 předmětu veřejné zakázky  
laparoskopické sestavy**

### Údaje o zadavateli:

zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.  
sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01  
zastoupený: Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva  
MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva  
IČO: 260 95 165  
profil zadavatele: [https://ezak.jihnem.cz/profile\\_display\\_206.html](https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html)

### Zastupující osoba dle § 43 zákona

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o.  
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00  
IČO: 619 72 690  
kontakt, telefon, e-mail: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz  
datová schránka: zxhwt2n

Nemocnice Prachatice, a.s., Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 IČO 260 95 165 zastoupená Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávky označenou **React – EU – Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s.** (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 22. 2. 2022 (ev. číslo zakázky Z2022-007603) a Úředního věstníku Evropské unie a dále uveřejněním zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh na svém profilu zadavatele dne 25. 2. 2022.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky **pro část 8 laparoskopické sestavy**, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

### Žádost o vysvětlení obsahu zadávacích podmínek (1):

Dobrý den,

dovolujeme si obrátit se na Vás s žádostí o dodatečné informace k zadávací dokumentaci veřejné zakázky, a to konkrétně k níže uvedeným částem.

Důvodem této žádosti je skutečnost, že si uchazeč není jist, zda splňuje všechny zadavatelem stanovené zadávací podmínky, zároveň je však přesvědčen, že uchazečem nabízené plnění je pro účely plnění veřejné zakázky zcela postačující a podle názoru uchazeče není dán žádný objektivní důvod, pro který by měl zadavatel odmítnout parametry plnění nabízené uchazečem.

V zadávací dokumentaci technických požadavků v části 8: **Dodávka laparoskopické sestavy** zadavatel požaduje:

**Dotaz č. 1.1:**

Digitální zoom min. 1,5x nastavitelný min. ve 3 stupních. Bude zadavatel akceptovat kontinuální změnu zoomu místo 3 kroků?

**Odpověď zadavatele na dotaz:**

Digitální zoom je zpravidla ovládán pomocí tlačítek na kamerové hlavě, z tohoto důvodu zadavatel trvá na přepínání digitálního zoomu v krocích. Kontinuální změna je pro uživatele nekomfortní a tím pádem neakceptovatelná.

**Dotaz č. 1.2:**

Prosíme zadavatele o vysvětlení pojmu „PDD kamerová hlava“.

**Odpověď zadavatele na dotaz:**

PDD je označení pro podporu fotodynamické diagnostiky pomocí speciálních vlnových délek s použitím látek jako jsou například HEXVIX, CYSVIEW apod.

**Dotaz č. 1.3:**

Prosíme zadavatele o vysvětlení pojmu „Podpora ALS“ ve specifikaci monitoru.

**Odpověď zadavatele na dotaz:**

ALS je označení pro automatické přizpůsobení jasu monitoru.

**Dotaz č. 1.4:**

Výměné objektivy nebo automatický focus pomocí laserového senzoru. Bude zadavatel akceptovat manuální doostření obrazu k automatickému zaostření namísto požadované detailní specifikace technologie ostření?

**Odpověď zadavatele na dotaz:**

Zadavatel v technické specifikaci manuální doostření akceptuje. Zadavatel v technické specifikaci pouze požaduje, aby v případě manuálního doostření byly objektivy výměnné a zadavatel tak měl možnost volby ohniskové vzdálenosti objektivu. Dotaz účastníka považujeme za bezpředmětný.

**Dotaz č. 1.5:**

Podporu funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazení. Je opravdu nutné dodání této funkce i při dodání systému ICG?

**Odpověď zadavatele na dotaz:**

Metoda ICG se používá k zcela jiné diagnostice oproti metodě úzkopásmového zobrazení. Zadavatel tudíž požaduje dodání obou technologií.

**Dotaz č. 1.6:**

Světlovodný kabel, délka min 3 m. Bude zadavatel akceptovat dodání 2,74 m světlovodného kabelu, neboť požadovaná délka je standardem jednoho dodavatele (odchylka do cca 10% od požadované)

**Odpověď zadavatele na dotaz:**

Zadavatel požaduje kabel o minimální délce 3m. Účastník má možnost nabídnout řešení, které převyšuje tuto zadavatelem stanovenou hodnotu, tj. může nabídnout delší světlovodný kabel. Kratší světlovodný kabel zadavatel neakceptuje.

V Ostravě dne 31. 3. 2022

Jana Kobělušová

*osoba oprávněná jednat jménem zadavatele*