



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA“, část 2.

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ26095203
Zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html

1.1. Zástupce zadavatele:

Název: Správa veřejných zakázek s.r.o.
Se sídlem: Pod Děvínem 43, Praha 5 150 00
Kontaktní osoba: Mgr. Lubor Šída, jednatel
Tel: +420 734122886
Email: sida@aksu.cz

Otevřené nadlimitní řízení s názvem „**Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Zadavatel dne 1. 4. 2022 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k části č. 2 Veřejné zakázky – Lůžka pro intenzivní péči, na jejímž základě poskytuje toto vysvětlení č. 1.

DOTAZ:

Dotaz č. 1 – požadavek „Integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm pomocí elektromotoru“.

Předpokládáme správně, že zadavatel tímto požaduje prodloužení/zkrácení ložné plochy lůžka (tj. posun čela lůžka včetně prodloužení/zkrácení podpory matrace) pomocí elektromotoru tak, jak je u odpovídajících lůžek běžné, aby mělo elektrické prodloužení lůžka pro uživatele smysl?

Dotaz č. 2 – požadavek „Integrovaný vážicí systém umožňující vážení pacienta, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta“.

Prosíme o upřesnění požadované rozlišovací schopnosti vážicího systému (tj. nejmenší dílek měření) s ohledem především na účel jeho předpokládaného využití. Pro sledování celkové váhy pacienta obvykle postačuje nižší rozlišení s nejmenším dílkem max. cca 0,5 kg, pro sledování přesnější váhové bilance (např. dialyzovaných pacientů, apod.) je potřeba obvykle vyšší rozlišení s nejmenším dílkem max. cca 0,1 kg.

Dotaz č. 3 – požadavek „Alarm opuštění lůžka pacientem“.

Předpokládáme správně, že zadavatel tímto požaduje tzv. vícezónový alarm tak, jak je u odpovídajících lůžek běžné, který upozorní na nežádoucí situaci včas, tj. dříve, než nastane (než dojde k pádu pacienta, než pacient lůžko opustí, apod.)?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel upozorňuje, že veškeré dotazy se týkají upřesnění technické specifikace poptávaného zařízení v části 2 Veřejné zakázky. Zadavatel nemění zadávací podmínky.

K jednotlivým částem dotazu zadavatel uvádí následující:

K dotazu č. 1:

Zadavatel u poptávaného zařízení požaduje, aby disponovalo funkcí integrovaného prodloužení a zkrácení lůžka v minimálním rozsahu 20 cm, a to pomocí elektromotoru. Prodloužení zadavatel požaduje tak, aby po prodloužení lůžka minimálně o 20 cm bylo možné do lůžka umístit dodatečný díl matrace, za účelem prodloužení celkové ložní plochy.

K dotazu č. 2:

Zadavatel nespecifikoval požadované rozlišovací schopnosti vážícího systému vzhledem k povinnosti dodržet technické parametry stanovené právními předpisy vztahujícími se k poptávanému zařízení. Zadavatel u poptávaného zařízení požaduje, aby disponovalo integrovaným vážícím systémem, který splňuje požadavky stanovené mj. nařízením vlády č. 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh a zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii.

K dotazu č. 3:

Oprávněným požadavkem zadavatele je toliko požadavek na alarm opuštění lůžka, tj. alarm, který upozorní personál, že pacient opustil lůžko. Ostatní typy alarmu, vč. tzv. vícezónového alarmu, nejsou u poptávaného zařízení nezbytné.

Zadavatel neprovedl změnu ani doplnění zadávací dokumentace, které by vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne 6.4.2022

Mgr. Lubor Šída, jednatel
Správa veřejných zakázek s.r.o.