

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – č. 1
ze dne 19. 4. 2022

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Dodávka biologických a mechanických chlopní, část 4: Srdeční aortální chlopně biologické perikardiální pro větší anulus s externím uložením stentu“

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zastoupení: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dodávka biologických a mechanických chlopní, část 4: Srdeční aortální chlopně biologické perikardiální pro větší anulus s externím uložením stentu“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení pod evidenčním číslem zakázky Z2022-011880, který byl dne 30. 3. 2022 uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

U položky 3.2.4. Srdeční aortální chlopně biologické perikardiální pro větší anulus s extrémním uložením stentu zadavatel požaduje: Co nejtenší stent protézy a velikostní rozmezí minimálně 23-31 mm. Z dlouholeté zkušenosti je evidentní, že se velikost chlopně 31 mm využívá minimálně a chlopeň rozměru 29 mm nabízí dostatečnou hodnotu EOA? Bude zadavatel akceptovat nabídku obsahující rozmezí velikostí 19–29 mm?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel trvá na velikostním rozmezí 23-31 mm, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. Na trhu je více výrobců požadované velikosti, proto Zadavatel zadal tento požadavek, který je pro něj důležitý. Nabízené rozmezí velikosti 19-29 mm tudíž nebude akceptovat.

V Českých Budějovicích
Dne 19. 4. 2022

Zdeňka Nigrinová
Oddělení veřejných zakázek