



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

zveřejněno na profilu zadavatele dne 12. 5. 2022

## VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení  
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

**React – EU – Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s.**

### ČÁST 4 – CT diagnostický systém + 2 ks RDO stanice

#### Údaje o zadavateli:

zadavatel: Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice  
zastoupený: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Jiří Švec, členem představenstva  
IČO: 260 95 181  
profil zadavatele: [https://ezak.jihnem.cz/profile\\_display\\_207.html](https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html)

#### Zastupující osoba dle § 43 zákona

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00  
IČO: 619 72 690  
kontakt, telefon, e-mail: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz  
datová schránka: zxhwt2n

Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice, IČO 260 95 181 zastoupená MUDr. Bc. Tomášem Fialou, MBA, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Švecem, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávky označenou **React – EU – Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s.** (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 22. 4. 2022 (ev. číslo zakázky Z2022-015402) a Úředního věstníku Evropské unie a dále uveřejněním zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh na svém profilu zadavatele dne 25. 4. 2022.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky **pro část 4 CT diagnostický systém + 2 ks RDO stanice**, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

#### Žádost o vysvětlení obsahu zadávacích podmínek (1):

##### Dotaz č. 1:

V bodě 3.1.3 Kupní smlouvy je uvedeno, že prodávající smlouvou zavazuje „Poskytovat Kupujícímu servis (opravy a odbornou údržbu), pozáruční servis po dobu 5 let po uplynutí záruční lhůty, uživatelskou podporu a provádět revize Předmětu smlouvy, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou“. V ostatních částech Kupní smlouvy, zadávací dokumentace a jejich přílohách je uveden, že pozáruční servis bude poskytován po dobu 8 let po uplynutí záruční lhůty. Rozumíme správně, že

zadavatel požaduje poskytování pozáručního servisu po dobu 8 let po uplynutí záruční doby a v bodě 3.1.3 Kupní smlouvy došlo pouze k administrativnímu omylu?

**Odpověď zadavatele na dotaz:**

Závěr tazatele je správný. Pozáruční servis bude poskytován po dobu 8 let po uplynutí záruční doby. Tato skutečnost vyplývá rovněž i z kritéria hodnocení, kde je uvedeno kritérium vztahující se k osmi letům pozáručního servisu.

**Dotaz č. 2:**

V bodě 17.6. -Kupní smlouvy je uvedeno, že „Nedílnou součástí této smlouvy jsou její Přílohy č. 1 až č. 6. Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami řádně seznámily a že porozuměly jejich obsahu.

Po prostudování zadávací dokumentace včetně Kupní smlouva jsme zaznamenaly požadavky na přílohy Kupní smlouvy č. 1 až 4. Rozumíme správně, že zadavatel požaduje ke Kupní smlouvě předložení přílohy č. 1 až č. 4?

**Odpověď zadavatele na dotaz:**

Ano, zadavatel se omlouvá za zjevnou písařskou chybu v bodě 17. 6 kupní smlouvy, když správně mělo být uvedeno :

*„Nedílnou součástí této smlouvy jsou její Přílohy č. 1 až č. 4. Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami řádně seznámily a že porozuměly jejich obsahu“.*

**Sdělení zadavatele k obsahu zadávacích podmínek a prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zadavatel v souvislosti s dodávkami komponentů nutných pro výrobu požadovaných přístrojů po zvážení všech okolností **rozhodl** upravit v kupní smlouvě dobu plnění (čl. 5 - Doba plnění, odstavec 5.3 kupní smlouvy) takto:

5.3 Prodávající se zavazuje fyzicky dodat Předmět smlouvy včetně všech součástí a příslušenství v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Předmětu smlouvy, provést montáž a instalaci Předmětu smlouvy v místě plnění, zajistit a provést potřebné validace, zaškolit obsluhu a uvést Předmět smlouvy do běžného provozu, to vše **nejpozději do 02/2023 od podpisu této smlouvy**.

Původní znění odstavce se shora provedenou úpravou ruší a nahrazuje se uvedeným textem.

Pro úplnost zadavatel zveřejňuje na profilu zadavatele upravené znění kupní smlouvy zohledňující provedenou změnu. Současně s tímto vysvětlením přikládá půdorysy (ve formátu \*.dwg) a upřesňuje přírodní kabel k CT, tzn. 5-ti žilový, průřez 35 mm, měď.

\*\*\*

Vzhledem ke shora provedeným změnám pak zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek, když se ta původní lhůta ruší a stanovuje se nová takto (o celou původní délku):

Původní lhůta doručení do 25. 5. 2022 do 09:00 hodin **se ruší** a nahrazuje se novou lhůtou, a to do **14. 6. 2022 do 09:00 hodin**.

Změna termínu pro podání elektronických nabídek bude současně zveřejněna na profilu zadavatele, ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku evropské unie.

Ostatní podmínky zůstávají beze změny.

V Ostravě dne 12. 5. 2022

V Ostravě dne

Jana Kobělušová

*osoba oprávněná jednat jménem zadavatele*