



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zveřejněno na profilu zadavatele dne 30. 5. 2022

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (2)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

React – EU – Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s.

ČÁST 5 – SPECT/CT diagnostický systém, laminární box a příslušenství

Údaje o zadavateli:

zadavatel: Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice
zastoupený: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předsedou představenstva
Ing. Jiří Švec, členem představenstva
IČO: 260 95 181
profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html

Zastupující osoba dle § 43 zákona

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 619 72 690
kontakt, telefon, e-mail: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz
datová schránka: zxhwt2n

Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice, IČO 260 95 181 zastoupená MUDr. Bc. Tomášem Fialou, MBA, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Švecem, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávky označenou **React – EU – Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s.** (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 22. 4. 2022 (ev. číslo zakázky Z2022-015402) a Úředního věstníku Evropské unie a dále uveřejněním zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh na svém profilu zadavatele dne 25. 4. 2022.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky **pro část 5 SPECT/CT diagnostický systém, laminární box a příslušenství**, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Žádost o vysvětlení obsahu zadávacích podmínek (2):

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci pro část 5. uvádí následující požadavek: „maximální dosažitelná vzdálenost mezi plochou kolimátorů při akvizici musí být min. 70 cm (platí pro všechny výrobcem dostupné kolimátory, mimo Pinhole kolimátoru).

Rozumíme správně tomuto požadavku, když předpokládáme, že tento parametr neplatí pro takzvané těžké kolimátory, které jsou používány pro izotopy s vysokou energií, jako například izotopy FDG, pro které jsou tyto kolimátory určeny?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ano, tazatel rozumí správně formulaci a rozsahu požadavku. Jedná se pouze o kolimátory, které jsou určeny výhradně pro planární a SPECT diagnostiku, nikoliv jak správně uvádí tazatel pro vysokoenergetické nebo pozitronové izotopy. Pro užívání těchto izotopů, není pracoviště zavedeno a ani o nich neuvažuje, proto takové kolimátory nemohou být předmětem uvedeného požadavku.

V Ostravě dne 30. 5. 2022

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele