

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Neuromonitor pro chirurgické oddělení Nemocnice Písek
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190

V Písku dne 07.06.2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

## Dotaz č. 1

Chci Vás požádat o změnu bodu "Detekce artefaktů, které se zobrazují jinou barvou a jsou doprovázeny odlišným zvukovým signálem", nabízíme řešení, kde jsou artefakty automaticky detekovány a odstraňovány ze záznamu, aby nedocházelo k jeho zobrazení. Jedná se o medicínsky rovnocenné řešení s dosažením čistějšího záznamu a menší zátěže operátora při soustředění na výkon.

## Odpověď:

Zadavatel vyhovuje požadavku a aktualizuje technické podmínky v dané části. Aktualizace je vyznačena v rámci tabulky barevně. Ostatní požadavky zůstávají nezměněny.

## PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

**ZADAVATEL TÍMTO VYSVĚTLENÍM PRODLOUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE NOVĚ STANOVEN NA 11.07.2022 do 11:00.**

Seznam příloh:

- Aktualizovaná příloha technických požadavků

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková