



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 8. 6. 2022

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

„Ultrazvuk nejvyšší třídy pro radiodiagnostické oddělení“

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Možnost rozšíření o BiPlane živé zobrazení

BiPlane živé zobrazení je využíváno u BiPlane rektálních sond. Tyto sondy nejsou ve specifikacích požadovány ani možnost rozšíření o tyto sondy do budoucna. Proto možnost rozšíření BiPlane živé zobrazení nedává smysl. Bude akceptována nabídka na přístroj s BiPlane zobrazením, kdy je v daný okamžik živá jedna rovina zobrazení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

BiPlane živé zobrazení je využíváno nejen při vyšetření rektální sondou, ale rovněž při vyšetření dalšími sondami, například lineární sondou s možností zobrazení longitudinální a současně transversální roviny při provádění cévních přístupů pro zvýšení úspěšnosti a bezpečnosti výkonu.

Zadavatel nebude akceptovat nabídku na přístroj s Biplane zobrazením, kdy je v daný okamžik živá jedna rovina zobrazení. Zadavatel trvá na požadavku možnosti rozšíření o BiPlane živé zobrazení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Integrované baterie umožňující stand-by mód a náběh přístroje do 20 sekund po přivezení

Bude zadavatel akceptovat nabídku na dodávku přístroje s integrovanou baterií, kdy přístroj během převozu není ve standby módu, ale je ve standardním vyšetřovacím módu, tedy po převozu je na něm možné vyšetřovat ihned?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel bude akceptovat nabídku na dodávku přístroje s integrovanou baterií, kdy je přístroj ve standardním vyšetřovacím módu a po převozu je možné vyšetřovat ihned.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- 2D konvexní sonda – sonda typu single crystal s možností vícenásobné aktivní fokusace, optimálně ve dvou rovinách - matrix, velikost zobrazované výseče více jak 100°. V kmitočtovém rozsahu min. 1–5 MHz

Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj s 2D konvexní sondou s požadovaným frekvenčním rozsahem, ale s velikostí zobrazované výseče 80°?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Z důvodu možnosti obsáhnout i větší struktury v jediném zobrazení zadavatel trvá na požadavku velikosti zobrazované výseče více jak 100°.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Matrixová 2D lineární sonda pro vyšetření měkkých částí a tzv. small parts, harmonické zobrazení. V kmitočtovém rozsahu min. 4-22 MHz (možná kombinace sond splňující tento požadovaný min. frekvenční rozsah)

Bude zadavatel akceptovat nabídku na dodávku přístroje s matrixovou lineární sondou s frekvenčním rozsahem 4-20 MHz v kombinaci s lineární nematrixovou sondou s rozsahem až do 24 MHz?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Ne, zadavatel nebude akceptovat nabídku na dodávku přístroje s matrixovou lineární sondou s frekvenčním rozsahem 4-20 MHz v kombinaci s lineární nematrixovou sondou s rozsahem až do 24 MHz.

Z důvodu požadované kvality zobrazení zadavatel trvá na požadavku nabídnout matrixovou lineární sondu nebo kombinaci matrixových lineárních sond splňujících ostatní požadavky zadavatele na tuto sondu (sondy).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Možnost rozšíření o multiplanární 4D abdominální sondu typu matrix sonda, použitelná pro všechny běžné zobrazovací módy*. V kmitočtovém rozsahu min. 1–6 MHz

Bude zadavatel akceptovat nabídku na dodávku přístroje s možností rozšíření o multiplanární 4D (mechanickou nematrixovou) abdominální sondu s frekvenčním rozsahem 2-8 MHz?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Z důvodu požadavku na kvalitu zobrazení a rovněž možnost kvalitnějšího zobrazení při vyšetření obézních pacientů, zadavatel trvá na požadavku "Možnost rozšíření o multiplanární 4D abdominální sondu typu matrix sonda, použitelná pro všechny běžné zobrazovací módy. V kmitočtovém rozsahu min. 1-6 MHz."

Zadavatel tedy nebude akceptovat nabídku na dodávku přístroje s možností rozšíření o multiplanární 4D (mechanickou nematrixovou) abdominální sondu s frekvenčním rozsahem 2-8 MHz.

MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva