



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Dodávka registračního spektrofotometru
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 08.06.2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

**Stačí doložit, že přístroj umožňuje provádět kontinuální sběr vlnových délek 370 až 660 nm, vykreslit křivku, resp. v editovatelné podobě exportovat průběh křivky.**

#### Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že uvedené postačuje. Zadavatel rovněž aktualizuje zadávací podmínky ve smyslu, že požadavek 370 až 660 nm je minimální. Daná skutečnost bude aktualizovaná v technické specifikaci a vyznačena barevně.

### Dotaz č. 2

**Má být součástí i kyveta? Pokud ano jaká - sklo, křemen, plast?**

#### Odpověď:

Kyveta je nedílnou součástí přístroje, proto musí být s přístrojem dodána. Zadavatele preferuje skleněnou.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:**

**ZADAVATEL TÍMTO VYSVĚTLENÍM PRODLOŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE NOVĚ STANOVEN NA 11.07.2022 NA 11:00.**

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková