



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Analyzátor kombinovaný biochemický
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 10.06.2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

**V příloze č. 4 zadávací dokumentace je uveden v části technických požadavků na imunochemický modul k dispozici více než 100 testů. Vzhledem k tomu, že zadavatel standardně nabízí kolem 60 imunoanalytických metod bude akceptována nabídka dodavatele, který nabízí více než 90 imunoanalytických metod pro heterogenní imunoanalytické testy? Proč se zadavatel rozhodl právě pro 100 testů, proč ne 150 nebo 80 nebo 90? Kdo hodnotu definoval a na základě čeho?**

### Odpověď:

Výběrové řízení je zaměřeno na nákup kombinovaného biochemicko-imunochemického analyzátoru jakožto záloha za hlavní analyzátor pro klinickou chemii a pro imunochemii zálohující stanovení troponinu T na hlavním analyzátoru a doplňující spektrum metod stávajícího analyzátoru imunochemického s cílem docílit co nejširší palety metod. 100 imunochemických metod bylo stanoveno jako cílové spektrum imunochemického portfolia se zohledněním metod stávajících a potenciálně nově zavedených paralelně s konsolidací metod z dalšího aktuálně používaného imunochemického analyzátoru na analyzátor poptávaný (aktuální počet imunoanalyzátorů 4, cílově 3). 90 metod je akceptovatelné. Zadavatel upravuje technickou specifikaci. Změna je vyznačena barevně.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dotaz č. 2

**V příloze č. 4 zadávací dokumentace je uveden v části technických požadavků na imunochemický modul stanovení vysoce citlivého troponinu T. Bude zadavatel akceptovat stanovení vysoce citlivého troponinu I, stejně jako u všech ostatních výběrových řízení obdobného typu všech různých typů nemocnic fakultních, paterních krajských, městských atd.? V České republice neexistuje výběrové řízení, kde by zadavatel mandatorně požadoval pouze TnT.**

## Odpověď:

Jak už bylo uvedeno v bodu 1., cílem je záloha hlavního analyzátoru, což ve spektru imunochemických metod obnáší mandatorně troponin T. Vysoce senzitivní troponin T je v naší laboratoři stanován již 13. rokem, jsou používány jednohodinové a tříhodinové diagnostické algoritmy, přičemž klinici mají jeho rozhodovací hodnoty během mnoha let používání osvojeny. Stejně u pacientů s chronickým zvýšením troponinu T jsou známy jejich hodnoty v řádu více než 10ti let a interpretace jejich změn je často využívána (dialyzovaní pacienti, chroničtí kardiaci apod.) Změna stanovení vysoce senzitivního troponinu T za troponin I by vedla k zavádění neporovnatelných hodnot, nutnosti osvojení nových algoritmů resp. jejich rozhodovacích limitů a ztrátě kontinuity a nepochybně tedy ke zhoršení kvality péče. Z celé řady těchto důvodů požadujeme tedy možnost stanovení vysoce citlivého troponinu T.

## PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

**ZADAVATEL TÍMTO VYSVĚTLENÍM PRODLOŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE NOVĚ STANOVEN NA 12.07.2022 DO 11:00.**

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**