



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Dodávka sterilizačního kontejnerového systému
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 10.06.2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

**Zadavatel požaduje v technické specifikaci rozměry kontejnerů 600x300. Může uchazeč nabídnout rozměry 596x275mm.**

### Odpověď:

Zadavatel aktualizuje zadávací podmínky v technické části a doplňuje toleranci +/-10%. Změna je v tabulce barevně vyznačena.

### PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

**ZADAVATEL TÍMTO VYSVĚTLENÍM PRODLOUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE NOVĚ STANOVEN NA 12. 7. 2022 DO 11:00.**

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková