

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Modulární patientský monitor životních funkcí + monitorovací centrála pro Anesteziologicko-resuscitační oddělení a pro oddělení JIP
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 39701 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 13.06.2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí u veřejné zakázky Modulární monitory životních funkcí pro odd. ARO požadavek u transportního monitoru minimálně 6" barevný dotykový displej.

Uchazeč by rád nabídl lepší variantu řešení, a to modul s vysokým rozlišením LCD displeje. Velikost displeje je 5,5" díky vysokému rozlišení má tento lepší zobrazení než předchozí modul s 6" obrazovkou, přičemž nedochází ke změně medicínského účelu a požadavku. Bude zadavatel akceptovat tuto variantu?

Odpověď:

Zadavatel trvá na minimální velikosti úhlopříčky displeje transportního modulu monitoru 6". Transportní modul bude společně s pacientem převážen po areálu nemocnice a používán mimo jiné pro monitoraci životních funkcí při zobrazovacích vyšetřeních, kde není možná přímá přítomnost personálu, proto je minimální velikost 6" zadavatelem velice žádoucí.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková