



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	<b>Dodávka sterilizačního kontejnerového systému</b>
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 14.06.2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

**Námi dodávané zdravotnické prostředky (dále jen ZP), konkrétně sterilizační kontejnery splňují všechny technické normy platné v EU i ČR, a to mimo jiné ČSN EN 285 Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory**

**ČSN EN ISO 17665-1 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky ČSN EN 868-3 Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 3: Papír pro výrobu papírových sáčků (specifikovaných v EN 868-4) a pro výrobu plochých sáčků a návinů (specifikovaných v EN 868-5) - Požadavky a zkušební metody ČSN EN ISO 14971 Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky ČSN EN ISO 15223-1 Zdravotnické prostředky - Značky používané s informacemi poskytovanými se zdravotnickými prostředky - Část 1: Obecné požadavky ČSN EN ISO 17664-1 Zpracování výrobků pro zdravotní péči - Informace, které mají být poskytnuty výrobcem zdravotnických prostředků pro zpracování zdravotnických prostředků - Část 1: Kritické a semikritické zdravotnické prostředky ČSN EN ISO 25424 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního procesu pro zdravotnické prostředky vše v platném znění.**

Požadované rozměry zadavatele jsou uvedeny následovně:



Plná velikost	600x300x270 mm
Plná velikost	600x300x160 mm
Plná velikost	600x300x120 mm
Tříčtvrteční velikost	460x300x140 mm
Poloviční velikost	300x300x140 mm

Parametry uvedené v tabulce jsou parametry konkrétního dodavatele/ výrobce a vzhledem k odlišným technologiím různých světových výrobců se udávané rozměry mohou lišit v jednotkách procent. Námi dodávané sterilizační kontejnery splňují výše uvedené normy, včetně specifikace dle STU (standardizované sterilizační jednotky) a jsou tedy vhodné do všech, normám odpovídajících sterilizačních přístrojů, bez jakýchkoliv omezení. Navíc je nutno konstatovat, že různí výrobci deklarují rozměry různě; vnitřní (dle použitelnosti pro maximální rozměr nástroje), vnější (např. včetně madel, dle použitelnosti pro maximální zaplnění sterilizačních přístrojů), případně rozměry uvedené přesně v ose materiálu kontejneru. Zadavatel v dokumentaci jasně nespecifikuje, o jaké rozměry se jedná (vnitřní, vnější, bez vystupujících částí, s vystupujícími částmi apod.). Námi dodávané sterilizační kontejnery nepotřebují žádný spotřební materiál, vychází tedy z dlouhodobého hlediska pro uživatele finančně výhodněji. V současnosti je vhodné hodnotit náklady na celý životní cyklus ZP, tedy náklady na pořízení a provoz za celou životnost ZP, případně zadavatelem stanovenou dobu použití ZP.

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče s mírně odlišnými rozměry tak, aby se nevystavil riziku diskriminace dle ZZVZ, neboť tyto mírné odchylky nemají z hlediska technického, bezpečnostního ani medicínského vliv na účel a použití uvedených ZP? Může zadavatel upřesnit zadání a sdělit o jaké se jedná rozměry a jakou odchylku bude akceptovat?

Odpověď:

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 již umožnil v rámci rozměrů toleranci +/- 10 %. Zadavatel informuje, že se jedná o vnější rozměry včetně vystupujících částí. Rozměry kontejnerů jsou vždy uváděny v rámci vnějších rozměrů.

Dotaz č. 2

Může zadavatel, upravit nabídku tak, aby hodnocená cena vycházela z celého životního cyklu ZP, nikoliv pouze z nákupní ceny a nediskriminovala tak dodavatele, kteří nabízejí modernější technologie bez nákladů na spotřební materiál?

Odpověď:

Zadavatel nebude upravovat způsob hodnocení. Zadavatel ponechává stanovený způsob hodnocení, tj. nejnižší nabídková cena celkem bez DPH.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Koláčková