

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Digitální skiografie pro Nemocnici Písek
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 14. 6. 2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

## Dotaz č. 1

**V technické specifikaci digitálního mobilního skiografického přístroje s detektorem, požaduje zadavatel mimo jiné jako parametr: nastavení výšky ramene v rozsahu alespoň 600 - 1950 mm.**

**Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje, který splňuje všechny ostatní požadavky, avšak disponuje nastavením výšky ramene v rozsahu 680 - 2025 mm? Dodavatel se dle svých znalostí a zkušeností z klinického provozu na mnoha jiných pracovištích v ČR., kde se nabízený přístroj používá, domnívá, že je nabízený rozsah plně dostačující.**

## Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabídku přístroje, který disponuje nastavením výšky ramene v rozsahu 680 - 2025 mm. Zadavatel poskytuje přílohou aktualizovanou přílohu technické specifikace. Změna je vyznačena barevně.

## PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

**ZADAVATEL TÍMTO VYSVĚTLENÍM PRODLOUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE NOVĚ STANOVEN NA 18. 7. 2022 DO 11:00.**

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková