

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Neuromonitor pro chirurgické oddělení Nemocnice Písek
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190

V Písku dne 13.06.2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

## Dotaz č. 1

**Zadavatel uvádí“ Připojení externí klávesnice pro zadávání dat“. Bude zadavatel akceptovat technické řešení dotykovou obrazovkou vyobrazením klávesnic na monitoru? Toto technické řešení umožňuje lepší zajištění asepse, antisepse a sterility na operačních sálech.**

Odpověď:

Ano. Zadavatel bude akceptovat technické řešení dotykovou obrazovkou s vyobrazením klávesnic na monitoru. Zadavatel připojuje aktualizovanou technickou specifikaci. Aktualizace je vyznačena barevně.

## PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

**ZADAVATEL TÍMTO VYSVĚTLENÍM PRODLOUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE NOVĚ STANOVEN NA 14.07.2022 do 11:00.**

Seznam příloh:

- Aktualizovaná příloha technických požadavků

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková