

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Defibrilátor pro JIP Nemocnice Písek
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 16.06.2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci požaduje ochranu proti průniku prachu a stříkající vodě, tedy minimálně IP54. Bude zadavatel akceptovat ochranu proti průniku prachu a stříkající vodě v hodnotě minimálně IP44?

Odpověď:

Po znovu zvážení charakteru prostředí, ve kterém bude defibrilátor používán bude zadavatel akceptovat technické řešení se stupněm ochrany proti průniku cizích předmětů a proti vniknutí vody minimálně IP44. Zadavatel provedl aktualizaci technických podmínek. Změna je barevně vyznačena.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

ZADAVATEL TÍMTO VYSVĚTLENÍM PRODLOŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE NOVĚ STANOVEN NA 18. 7. 2022 DO 11:00.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková