

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Defibrilátor pro JIP Nemocnice Písek
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 20.06.2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V technických požadavcích je uvedeno "Ochrana proti průniku prachu a stříkající vodě, tedy minimálně IP54". Náš defibrilátor kromě jediného, výše uvedeného, splňuje všechna kritéria výběrového řízení.

Bude zadavatel akceptovat defibrilátor s parametry "Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m² po dobu nejméně 5 minut" a ochranou IP 33?

Dle vyjádření výrobce defibrilátoru je pro nemocniční provozy třída ochrany IP 33 plně dostatečná.

Odpověď:

Zadavatel v souladu se zamýšleným využitím přístroje trvá na minimální ochraně proti stříkající vodě ve všech směrech a proti pronikání velmi drobných cizích předmětů, tedy na IP44.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková