



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Dodávka artroskopické sestavy a dvou kusů laparoskopické sestavy
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 21.06.2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

**Zadavatel v technické specifikaci pro část "Artroskopická sestava pro Ortopedické oddělení" požaduje v příloze č. 4\_1 řádku 25 "Integrovaný LED zdroj studeného světla". Bude Zadavatel, bez jakékoli penalizace, akceptovat samostatný zdroj světla a samostatnou kamerovou jednotku, které jsou datově propojeny a splňují veškeré další požadavky Zadavatele?**

**Zdůvodnění:** nabízené řešení samostatné jednotky a zdroje světla splňuje medicínský účel, který Zadavatel požaduje. Nabízené řešení převyšuje požadavky Zadavatele, protože v případě poruchy jednoho ze zařízení si druhá jednotka zachovává svou funkci. Účastník se dále domnívá, že požadavek na integrovaný LED zdroj světla zásadním způsobem omezuje potenciální okruh účastníků a může být diskriminující.

### Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat také samostatný světelný zdroj stejných vlastností, jaké požaduje u integrovaného světelného zdroje.



#### **Dotaz č. 2**

**Zadavatel v technické specifikaci pro část "Laparoskopická sestava pro Chirurgické a Gynekologické oddělení - 2 kusy" požaduje v příloze č. 4\_2 na řádku 27 "Integrovaný LED zdroj studeného světla". Bude Zadavatel, bez jakékoli penalizace, akceptovat samostatný zdroj světla a samostatnou kamerovou jednotku, které jsou datově propojeny a splňují veškeré další požadavky Zadavatele?**

**Zdůvodnění:** nabízené řešení samostatné jednotky a zdroje světla splňuje medicínský účel, který Zadavatel požaduje. Nabízené řešení převyšuje požadavky Zadavatele, protože v případě poruchy jednoho ze zařízení si druhá jednotka zachovává svou funkci. Účastník se dále domnívá, že požadavek na integrovaný LED zdroj světla zásadním způsobem omezuje potenciální okruh účastníků a může být diskriminující.

#### **Odpověď:**

Zadavatel bude akceptovat také samostatný světelný zdroj stejných vlastností, jaké požaduje u integrovaného světelného zdroje.

#### **Dotaz č. 3**

**Zadavatel v technické specifikaci pro část "Laparoskopická sestava pro Chirurgické a Gynekologické oddělení - 2 kusy" požaduje v příloze č. 4\_2 na řádku 71 "Nastavení tlaku v rozsahu alespoň 1-30 mmHg". Bude Zadavatel, bez jakékoli penalizace, akceptovat insuflátor s nastavením tlaku v rozsahu 3-27 mmHg a rozsahu měření 0-30 mmHg?**

**Zdůvodnění:** požadovaný tlak 30 mmHg je v praxi životně nebezpečný pro pacienta, požadavek Zadavatele tedy nemá žádné medicínské opodstatnění. Účastník se dále domnívá, že požadavek na tento rozsah tlaků zásadním způsobem omezuje potenciální okruh účastníků a může být diskriminující.

#### **Odpověď:**

Zadavatel bude akceptovat insuflátor s nastavením rozsahu alespoň 3-27 mmHg.

#### **Dotaz č. 4**

**Zadavatel v technické specifikaci pro část "Laparoskopická sestava pro Chirurgické a Gynekologické oddělení - 2 kusy" požaduje v příloze č. 4\_2 na řádku 80 "Oplachovací tlak nastavitelný v rozmezí alespoň 0 - 200 mmHg". Bude Zadavatel, bez jakékoli penalizace, akceptovat pumpu s hlídáním tlaku na hranici 400 mmHg, jak je u laparoskopických pump běžné, bez možnosti nastavení?**

**Zdůvodnění:** Jedná se o standardní řešení pro laparoskopické výkony, protože průtok a tlak je řízen přímo na oplachovém nástroji. Řízení tlaku pro laparoskopické výkony nemá praktické využití.

#### **Odpověď:**

Zadavatel bude akceptovat pumpu s hlídáním tlaku na hranici 400 mmHg bez možnosti nastavení.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

#### **PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:**

**ZADAVATEL TÍMTO VYSVĚTLENÍM PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE NOVĚ STANOVEN NA 25. 7. 2022 DO 11:00. ZADAVATEL AKTUALIZUJE TECHNICKÉ PODMÍNKY, KTEROU JSOU NEDÍLNOU PŘÍLOHOU TOHOTO VYSVĚTLENÍ. ZMĚNY JSOU VYZNAČENY BAREVNĚ.**

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková