

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Modulární patientský monitor životních funkcí + monitorovací centrála pro Anesteziologicko-resuscitační oddělení a pro oddělení JIP
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 39701 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 21. 06. 2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Z odpovědi plyne, že zadavateli záleží na velikosti čitelnosti displeje z důvodu použití jako transportního monitoru. Jelikož často velikost displeje nevyjadřuje skutečnou velikost zobrazení parametrů a není vždy daný displej je využit na 100%. Bude zadavatel akceptovat velikost 5,5" v případě, že tento monitor navíc umožňuje různé funkce zobrazení například velkých číslic, tak aby čitelnost byla co největší?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat displej monitorovacího modulu velikosti 5,5"

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková