



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Dodávka resuscitačních lůžek včetně aktivního antidekubitního systému (5 ks) a stretcheru (6 ks)
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 39701 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 21.06.2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

ČÁST 1 - RESUSCITAČNÍ LŮŽKA A VČETNĚ VČETNĚ AKTIVNÍHO ANTIDEKUBITNÍHO SYSTÉM

Dotaz č. 1

Parametr - kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) plastové dělení 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy)?

Může uchazeč zadavateli nabídnout kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) plastové dělení postranice po celé délce ložné plochy s ergonomickým ovládáním mimo dosah pacienta (pod úrovní ložné plochy)?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat postranice po celé délce ložné plochy, což na pacienta z jeho pohledu působí značně úzkostlivě. Kvůli ergonomii a komfortu ovládání pro personál a pacienta nebude zadavatel akceptovat umístění ovladače pod úrovní ložné plochy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz č. 2

Parametr - oboustranně v postranicích integrované centrální sesterské LCD ovládací panely pro ovládání lůžka, vážicího systému, antidekubitního systému a programovatelných funkcí. Musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další....)

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s integrovanými ovladači v postranicích, kde ovladače z vnější strany slouží jako sesterské s rozšířenými funkcemi pro ovládání lůžka, z vnitřní strany jsou ovladače patientské s omezenými funkcemi pro ovládání lůžka + centrální sesterský panel, který je nadřazen oběma panelům s ovládáním všech funkcí lůžka + vážicího systému? Uchazeč se domnívá, že se jedná o technicky rovnocenné řešení, které nemá vliv na medicínský účel lůžka, tudíž nemá jak ovlivnit zdravotní stav pacienta na lůžku.

Odpověď:

Zadavatel trvá na svém požadavku sesterských ovladačů v postranicích. Není důležité, jak se ovladače v postranicích nazývají, ale musí umožňovat všechny zadavatelem uvedené funkce.

ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 28. 6. 2022 DO 11:00 HODIN. OSTATNÍ INFORMACE ZŮSTÁVají NEZMĚNĚNY.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**