



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Dodávka sterilizačního kontejnerového systému
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 21.06.2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Vzhledem k plánované možnosti hromadného čtení sterilních nástrojů uvnitř kontejnerů, bude zadavatel požadovat kontejnery s víkami ze speciálního platu, tak aby umožnil toto čtení?

Odpověď:

Zadavatel umožní provedení vík konternerů také ze speciálního platu.

Dotaz č. 2

Zadavatel nespecifikuje, ale bude požadovat, tak jak je již dnes standardem, systém Tzv. termolock (integrováný-součástí kontejneru, nikov externí, aby nepřesahoval půdorys konterneru a nezabíral místo), který zabezpečuje vizuální kontrolu dodržení sterility bez nutnosti použití plomb, a tím významně snižuje nákladovost procesů.

Odpověď:

Zadavatel nebude vyloženě požadovat tzv. integrováný systém „Termoloc“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

ZADAVATEL TÍMTO VYSVĚTLENÍM PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE NOVĚ STANOVEN NA 25. 7. 2022 DO 11:00. ZADAVATEL AKTUALIZOVAL TECHNICKOU SPECIFIKACI, KTERÁ JE PŘÍLOHOU. BAREVNĚ JSOU OZNAČENY ZMĚNY.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Koláčková