

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: Skiaskopicko-skiagrafický komplet s C-ramenem
Ev. číslo VVZ : Z2022-023709
Interní číslo VZ: 01/06/2022/ZT

ZADAVATEL

Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
DIČ: CZ699005400
(dále jen „zadavatel“)

Otevřené nadlimitní řízení s názvem „**Skiaskopicko-skiagrafický komplet s C-ramenem**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v otevřeném nadlimitním řízení.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 24. 6. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v následujícím znění:

DOTAZ Č. 1:

Zadavatel v dokumentu Příloha č. 1 ZD Technická specifikace, v části „Motorické pohyby C ramena“ požaduje následující parametr: „rotace RAO/LAO min. $\pm 130^\circ$ “.

Dle našich informací však na trhu neexistuje přístroj, který by při rotaci RAO/LAO tento parametr splňoval. Zároveň se ve veřejných zakázkách na obdobný typ přístroje často uvádí tento parametr se stejnou číselnou hodnotou, avšak bez znaménka $\pm$. Z tohoto důvodu se domníváme, že v tomto parametru došlo k písemné chybě, kde zadavatel navíc uvedl znaménko $\pm$, ačkoliv měl na mysli parametr „rotace RAO/LAO min. 130° “ pro celkový rozsah tohoto pohybu.

Dotaz:

Chápeme správně, že zadavatel má tímto parametrem na mysli celkový rozsah této rotace RAO/LAO min. 130° ?

ODPOVĚĎ Č. 1:

ANO, zadavatel má tímto parametrem na mysli celkový rozsah rotace RAO/LAO min. 130° .

S ohledem na výše uvedené, kdy nedochází ke změně zadávací dokumentace, zadavatel nepřistupuje ke změně termínu pro podání nabídek, který zůstává zachován.

Příloha: technická specifikace

V Táboře dne 27. 6. 2022