



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Laminární boxy pro Oddělení klinické mikrobiologie
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 30.06.2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V technické specifikaci požadujete pracovní plochu tvořenou z alespoň 4 nerezových desek (autoklávovatelné), nebo možnost dodání jako nedělenou pracovní desku. Chtěl bych se zeptat, zda bude akceptována cenová nabídka na laminární box, kde pracovní deska je tvořena buď ze 3 nerezových desek (šířka jedné 31 cm), nebo jako jedna nedělená pracovní deska? Všechny ostatní technické parametry nabízený laminární box splňuje.

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabídku laminárního boxu, jehož pracovní plocha je nedělená nebo tvořená alespoň ze 3 nerezových desek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

ZADAVATEL TÍMTO VYSVĚTLENÍM PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE NOVĚ STANOVEN NA 1. 8.2022 DO 11:00. ZADAVATEL AKTUALIZUJE TECHNICKÉ PODMÍNKY, KTERÉ JSOU PŘÍLOHOU. ZMĚNA JE VYZNAČENA BAREVNĚ. DODAVATELÉ JSOU POVINNI PŘI ZPRACOVÁNÍ SVÝCH NABÍDEK VYCHÁZET Z AKTUALIZOVANÉ TABULKY.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková