



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Dodávka artroskopické sestavy a dvou kusů laparoskopické sestavy
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek, 397 01 Písek
IČO:	26095190
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva Ing. Dana Čagánková, člen představenstva

V Praze dne 21.06.2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Bude zadavatel v části artroskopické sestavy akceptovat vaporizační přístroj, který je běžně používán na ortopedických pracovištích jako součást artroskopických sestav v ČR a plně dostačující ke svému účelu, ale s maximálním výkonem 250W? Požadovaný výkon přístroje 400W limituje dodavatele a hodnota výkonu není to jediné pro určení kvalitního a dostačujícího použití v artroskopii.

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat maximální výkon bipolárního přístroje 250 W.

Dotaz č. 2

bude zadavatel akceptovat v části artroskopické věže, operační monitor a kamerová jednotka, dodání přístrojů bez 3G-SDI portů? Pro funkci obou přístrojů není tento typ konektorů potřeba. Pro případné zobrazení obrazu jsou k dispozici další porty DVI-D a Display Port. Dále prosím o vyjádření zda zadavatel trvá na možnosti simultánního záznamu až ze dvou zdrojů video signálu. Pro artroskopické použití se



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

pořizuje záznam pouze z artroskopické kamery a není zde žádný další video signál. Dále také prosím o vysvětlení vzdáleného zabezpečeného přístupu přes webové rozhraní?

Odpověď:

Zadavatel požaduje 3G-SDI porty jakožto standard pro plnohodnotné 4K zobrazení.

Zadavatel trvá na možnosti simultánního záznamu, tedy možnosti připojení externích zdrojů obrazu a jejich zobrazení v režimu „Obraz v obraze“.

Zadavatel požaduje možnost přístupu do zařízení přes ethernet pomocí IP adresy a vybrání uživatele a zadání hesla.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková