



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – STERILIZAČNÍ A MYCÍ TECHNIKA“

pouze pro část 1. Parní sterilizátory

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ26095203
Zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html

1.1. Zástupce zadavatele:

Název: Správa veřejných zakázek s.r.o.
Se sídlem: Pod Děvínem 43, Praha 5 150 00
Kontaktní osoba: Mgr. Lubor Šída, jednatel
Tel: +420 734122886
Email: sida@aksu.cz

Otevřené nadlimitní řízení s názvem „**Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – STERILIZAČNÍ A MYCÍ TECHNIKA**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Zadavatel dne 12. 7. 2022 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k části č. 1 Veřejné zakázky – Parní sterilizátory, na jejichž základě poskytuje toto vysvětlení č.4.

DOTAZ č.1:

*Dobrý den,
u parních sterilizátorů - 3 ks pro 3. patro centrálních operačních sálů je uvedeno v Technické specifikaci, že mají být přístroje vybaveny systémem CHIP karet pro uživatelskou volbu programů.
Náš dotaz zní: Bude Zadavatel akceptovat místo tohoto systému USB port pro uživatelskou volbu programů, navíc s možností záznamu dat o sterilizačních cyklech?
Děkuji*

ODPOVĚď č. 1

Zadavatel bude akceptovat USB port pro uživatelskou volbu programů.

Zadavatel tímto mění technickou specifikaci a to tak, že ruší požadavek „systém CHIP karet pro uživatelskou volbu programů“ a nahrazuje ho požadavkem „systém umožňující volbu programu a rozšíření o další sterilizační programy.“

Výzva č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“, projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů REACT-EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Zadavatel, jako součást tohoto vysvětlení, činí opravenou technickou specifikaci požadovaného plnění, kterou rovněž zveřejňuje na profilu zadavatele. Zadavatel sděluje účastníkům, že při svých nabídkách jsou povinni řídit se touto opravenou technickou specifikací.

S ohledem na obsah podaného vysvětlení je zadavatel povinen prodloužit lhůtu k podání nabídek o celou její délku. Zadavatel stanovuje nový termín pro podání nabídek, a to dne 18. 8. 2022 do 10:00 hod.

Zadavatel zdůrazňuje, že prodloužení termínu pro podání nabídek se týká pouze části 1. veřejné zakázky, kdy pro ostatní části platí původní termín pro podání nabídek.

Příloha: technická specifikace pro část 1 oprava

V Praze dne 12.7.2022

Mgr. Lubor Šída, jednatel
Správa veřejných zakázek s.r.o.