

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Neuromonitor pro chirurgické oddělení Nemocnice Písek
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190

V Písku dne 14.07.2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

Od průzkumu trhu od zadavatele na přístrojové vybavení pro neuromonitoring uběhla již delší doba. Výrobce nyní nabízí novější modernější variantu přístroje osazenou bezdrátovou komunikací a funkci připojení s mikroskopem vyhodnotil již jako bezpředmětnou a v novějším přístroji ji nenabízí. Bude zadavatel akceptovat Neuromonitor bez možnosti propojení s operačním mikroskopem?

Odpověď:

Zadavatel trvá na svém požadavku možnosti propojení s operačním mikroskopem.

ZADAVATEL ROVNĚŽ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DLE § 98 Odst. 4 ZÁKONA. NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK KONČÍ DNE 26. 7. 2022 DO 11:00 HODIN. OSTATNÍ INFORMACE ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNY.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková