



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**Veřejná zakázka: „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – STERILIZAČNÍ A MYCÍ TECHNIKA“**

### **pouze pro část 6. Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů**

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**  
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003  
IČO: 26095203  
DIČ: CZ26095203  
Zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva  
MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva  
Profil zadavatele: [https://ezak.jihnem.cz/profile\\_display\\_208.html](https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html)

#### 1.1. Zástupce zadavatele:

Název: Správa veřejných zakázek s.r.o.  
Se sídlem: Pod Děvínem 43, Praha 5 150 00  
Kontaktní osoba: Mgr. Lubor Šída, jednatel  
Tel: +420 734122886  
Email: sida@aksu.cz

Otevřené nadlimitní řízení s názvem „**Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – STERILIZAČNÍ A MYCÍ TECHNIKA**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Zadavatel dne 5. 8. 2022 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k Veřejné zakázce vztahující se k části č. 6 Veřejné zakázky – Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů.

#### **DOTAZ č.1:**

*V části 6 nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace vybavení nemocnice Tábor, a.s – STERILIZAČNÍ A MYCÍ TECHNIKA“ zadavatel požaduje skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů na oddělení gastroenterologie. V příloze č. 1 zadávací dokumentace však blíže nespecifikuje způsob uložení flexibilních endoskopů v zařízení pro sušení a skladování.*

*Většina renomovaných výrobců zařízení tohoto typu disponuje závěsným systémem na vertikální zavěšení endoskopů. Při vertikálním zavěšení dochází k nejefektivnějšímu sušení díky stlačenému vzduchu a gravitaci. Také nedochází ke zkracování životnosti jednotlivých endoskopů, jelikož nejsou namáhány jeho flexibilní části při delší době uložení.*

*Dotaz č. 1*

*Bude zadavatel požadovat závěsný systém s vertikálním zavěšením endoskopů?*

Výzva č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“, projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů REACT-EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

## **ODPOVĚĎ č. 1**

Zadavatel v příloze č. 1 zadávací dokumentace – technická specifikace poptávaného zařízení pro č. 6 veřejné zakázky stanovil jako požadovaný parametr poptávaného zařízení mj., že je přístroj určený na sušení a skladování flexibilních endoskopů po desinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce. Zadavatel v zadávací dokumentaci cíleně blíže nespecifikuje způsob uložení flexibilních endoskopů v poptávaném zařízení, a z uvedeného důvodu zadavatel nevyžaduje výlučně závěsný systém s vertikálním zavěšením endoskopů.

Shora uvedené vysvětlení nemá vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

V Praze dne 9.8.2022

---

Mgr. Lubor Šída, jednatel  
Správa veřejných zakázek s.r.o.