



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – STERILIZAČNÍ A MYCÍ TECHNIKA“

pouze pro část 6. Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ26095203
Zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html

1.1. Zástupce zadavatele:

Název: Správa veřejných zakázek s.r.o.
Se sídlem: Pod Děvínem 43, Praha 5 150 00
Kontaktní osoba: Mgr. Lubor Šída, jednatel
Tel: +420 734122886
Email: sida@aksu.cz

Otevřené nadlimitní řízení s názvem „**Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – STERILIZAČNÍ A MYCÍ TECHNIKA**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Zadavatel dne 12. 8. 2022 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k Veřejné zakázce vztahující se k části č. 6 Veřejné zakázky – Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů.

DOTAZ č.1:

Dobrý den,

prosíme o objasnění nabídky k VZ „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – STERILIZAČNÍ A MYCÍ TECHNIKA“ – část 6 – Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů.

V části 6 nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace vybavení nemocnice Tábor, a.s – STERILIZAČNÍ A MYCÍ TECHNIKA“ zadavatel požaduje skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů na oddělení gastroenterologie. V příloze č. 1 zadávací dokumentace však blíže nespecifikuje způsob uložení flexibilních endoskopů v zařízení pro sušení a skladování.

Většina výrobců zařízení disponuje závěsným systémem na vertikální zavěšení endoskopů. Při vertikálním zavěšení dochází k neefektivnějšímu, nejlepššímu a správnému sušení díky stlačenému vzduchu a gravitaci.

Výzva č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“, projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů REACT-EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Také hlavně nedochází ke zkracování životnosti jednotlivých endoskopů, jelikož nejsou namáhány jeho flexibilní části při delší době uložení.

Dotaz č. 1

Bude zadavatel požadovat pouze závěsný systém s vertikálním zavěšením endoskopů?

ODPOVĚĎ č. 1

Zadavatel sděluje, že obsah dotazu č. 1 se zcela shoduje s dotazem obsaženým v žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k Veřejné zakázce ze dne 5. 8. 2022. Zadavatel ve své odpovědi plně odkazuje na své vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, které bylo zveřejněno na profilu zadavatele dne 9. 8. 2022.

Shora uvedené vysvětlení nemá vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

V Praze dne 15.8.2022

Mgr. Lubor Šída, jednatel
Správa veřejných zakázek s.r.o.