



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 17. 8. 2022

**k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

„Anesteziologické přístroje“

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Část 2 - Anesteziologický přístroj vyšší třídy

Zadavatel požaduje: Dechový objem min. 10-1500ml
Uchazeč nabízí: Dechový objem 20-2000ml
Bude zadavatel akceptovat nabízené technické řešení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že pro položku „Dechový objem“ uvedenou v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technické podmínky) pro Část 2 – Anesteziologický přístroj vyšší třídy bude akceptovat technické řešení s tímto parametrem: min. 20 až 1500 ml.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Část 3 - Anesteziologický přístroj nižší třídy

Zadavatel požaduje: Dechový objem min.10-1500ml
Uchazeč nabízí: Dechový objem 20-2000ml
Bude zadavatel akceptovat nabízené technické řešení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že pro položku „Dechový objem“ uvedenou v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technické podmínky) pro Část 3 – Anesteziologický přístroj nižší třídy bude akceptovat technické řešení s tímto parametrem: min. 20 až 1500 ml.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Část 3 - Anesteziologický přístroj nižší třídy

Zadavatel požaduje: Externí kyslíkový průtokoměr
Uchazeč nabízí: Integrovaný kyslíkový průtokoměr v Anesteziologickém přístroji.
Bude zadavatel akceptovat nabízené technické řešení?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že pro položku „Externí kyslíkový průtokoměr“ uvedenou v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technické podmínky) pro Část 3 – Anesteziologický přístroj nižší třídy bude akceptovat technické řešení s tímto parametrem: externí kyslíkový průtokoměr nebo integrovaný kyslíkový průtokoměr.

Z důvodu, že na základě výše uvedeného dochází v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technické podmínky) pro Část 2 a Část 3 veřejné zakázky ke změně, zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Upravená verze Přílohy č. 1 pro Část 2 a Část 3 zadávací dokumentace ve smyslu výše uvedeného bude zveřejněna na profilu zadavatele. Aktualizace lhůty pro podání nabídek bude uveřejněna také ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. Dále bude provedena rovněž aktualizace lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva