



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 a ZMĚNA Č. 1 ZE DNE 24. 8. 2022

**k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

„Anesteziologické přístroje“

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel uvádí požadavek: Flow trigger min. 0.5-15 l/min

Vzhledem k tomu že z medicínského účelu užití je důležitý parametr "od", který uvádí vyšší citlivost důležitou pro přesnější nastavení.

Uchazeč nabízí rozsah nastavení flow triggeru s vyšší citlivostí než požaduje zadavatel od vypnuto, 0,2–10 l / min nebo 0,4–10 cmH₂O.

Bude zadavatel akceptovat i toto vyšší řešení?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel trvá na technickém parametru, který je uveden v Příloze č. 1 (Technické podmínky) pro Část 2 veřejné zakázky. Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení.

Výše uvedený zadavatel tímto zároveň uveřejňuje změnu zadávací dokumentace v souladu s ust. § 99 ZZVZ, jejímž předmětem je úprava původně nastavených kvalifikačních předpokladů, jejich přesun do technických podmínek (snížení nároků na administrativní náročnost pro dodavatele) s cílem rozšíření okruhu případných potenciálních dodavatelů.

Změna zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel v dokumentu zadávací dokumentace v bodě 4.4. Technická kvalifikace vypouští požadavek na předložení dokladu prokazující shodu nabízených přístrojů a přesouvá tento požadavek do bodu 6. Technické podmínky.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

S ohledem na obsah této změny zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Upravená verze zadávací dokumentace ve smyslu výše uvedeného bude zveřejněna na profilu zadavatele. Aktualizace lhůty pro podání nabídek bude uveřejněna také ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. Dále bude provedena rovněž aktualizace lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva