



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE  
Jindřichův Hradec

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 25. 8. 2022

**k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

### **„Infuzní technika“**

**ZADAVATEL:** NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.  
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38  
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva  
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva  
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Zadavatel požaduje v případě záručního i pozáručního servisu nástup na opravu do 2 pracovních dní (příloha 2, odstavec 3; příloha 3, odstavec 5), domníváme se však, že dle charakteru přístrojů není takto přísný parametr potřeba a jen zbytečně prodražuje nacenění servisu. Bude zadavatel akceptovat nástup na opravu do 10 pracovních dní?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Zadavatel z důvodu nutnosti zajištění primárních procesů ve zdravotnickém zařízení trvá na podmínkách nástupu na opravu, které jsou uvedeny v odstavci 3 v Příloze č. 2 a v odstavci 5 v Příloze č. 3 Kupní smlouvy, jež tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace (Kupní smlouva - návrh).

Zadavatelem poptávané přístroje budou umístěny na klíčových pracovištích zadavatele, a to konkrétně na jednotkách intenzivní péče a ARO, kde je nezbytné zajistit kontinuální péči pro pacienty. Zároveň je nutné zajistit plynulý a bezpečný provoz těchto přístrojů z důvodu napojení na KIS („Klinický informační systém“), kdy nelze v případě nutnosti opravy přístroje nahradit přístroj ze zdrojů zadavatele a je tedy nutné zajistit případnou opravu v co nejkratším čase.

Zadavatel nebude akceptovat nástup na opravu do 10 pracovních dní.

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Zadavatel požaduje v případě záručního i pozáručního servisu nástup na opravu v místě plnění (příloha 2, odstavec 3; příloha 3, odstavec 7). Přístroje se však dají pohodlně poslat dopravcem do servisního centra, kde mohou být opraveny bez velkých nákladů na dopravu technika, který by stejně s velkou pravděpodobností přístroj odvezl. Domníváme se tak, že dle charakteru přístrojů není takto přísný parametr potřeba a jen zbytečně prodražuje nacenění servisu. Bude zadavatel akceptovat možnost odeslání přístroje na opravu dopravcem?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Zadavatel zejména s ohledem na výše podanou odpověď („Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“) trvá na stanovených podmínkách záručního i pozáručního servisu uvedeného v Příloze č. 2 (Kupní smlouva – návrh) zadávací dokumentace.

Zadavatel nebude akceptovat možnost odeslání přístroje na opravu dopravcem.

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

Zadavatel požaduje v případě záručního i pozáručního servisu (příloha 2, odstavec 3; příloha 3, odstavec 4) odstranit nefunkčnosti či jiné vady Předmětu smlouvy ve lhůtě 72 h od nahlášení: domníváme se však, že dle charakteru přístrojů není takto přísný parametr potřeba a jen zbytečně prodražuje nacenění servisu. Bude zadavatel akceptovat prodloužení lhůty na opravu na 20 pracovních dní?

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

Zadavatelem poptávané přístroje budou umístěny na klíčových pracovištích zadavatele, a to konkrétně na jednotkách intenzivní péče a ARO, kde je nezbytné zajistit kontinuální péči pro pacienty. Zároveň je nutné zajistit plynulý a bezpečný provoz těchto přístrojů z důvodu napojení na KIS („Klinický informační systém“), kdy nelze v případě nutnosti opravy přístroje nahradit přístroj ze zdrojů zadavatele a je tedy nutné zajistit případnou opravu v co nejkratším čase.

Zadavatel dodavateli ve stanovených podmínkách záručního i pozáručního servisu umožňuje splnění odstranění závady či jiné poruchy též tím, že dodavatel poskytne zadavateli jiné zařízení, které bude způsobilé nahradit funkci zařízení s vadou či jinou poruchou. Tyto podmínky jsou uvedeny v odstavci 3 v Příloze č. 2 a v odstavci 7 v Příloze č. 3 Kupní smlouvy, jež tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace (Kupní smlouva - návrh).

Zadavatel tedy nebude akceptovat prodloužení lhůty na opravu na 20 pracovních dní.

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:**

Zadavatel požaduje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 2. této Přílohy č. 2 a dle odstavce 4. Přílohy č. 3. Vzhledem k ceně jednotlivých přístrojů považujeme tuto pokutu za neúměrně vysokou. Bude zadavatel akceptovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z ceny přístroje?

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:**

Zadavatel zejména s ohledem na výše podanou odpověď („Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“) trvá na stanovených podmínkách záručního i pozáručního servisu uvedeného v Příloze č. 2 (Kupní smlouva – návrh) zadávací dokumentace. Zadavatel stanovil smluvní pokuty s ohledem na důležitost přístrojů pro poskytování zdravotní péče.

Zadavatel nebude akceptovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z ceny přístroje.

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:**

Předmětná kupní smlouva obsahuje také závazek pozáručního servisu na dobu 5 let od uplynutí záruční lhůty. Vzhledem celkové délce závazku a tomu, že zadavatel neumožnil smlouvu na pozáruční servis vypovědět, stále se navyšujícím nákladům, které je v dnešní době obtížné předvídat, žádáme zadavatele o zvážení zahrnutí inflační doložky na cenu pozáručního servisu. Např. navýšení ceny o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předcházející rok, vždy však nejvýše o 5 %.

Nevyzpytatelnost budoucích nákladů bez možnosti budoucí úpravy bude jinak muset být promítnuta do ceny servisu.



#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:**

Zadavatel uvádí, že v odstavci 9 v Příloze č. 3 Kupní smlouvy je uvedena možnost výpovědi pro dodavatele s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců ze závažného důvodu.

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:**

Zadavatel požaduje v technické specifikaci pro lineární dávkovače následující parametr: Dávkovací rychlost 0,1 – 1200 ml/h.

Nabízený přístroj umožňuje nastavit rychlost dávkování 0,1 – 999,9 ml a rychlost bolusu v rozsahu 1 – 1800 ml/h. Akceptuje zadavatel požadovaný rozsah rychlosti dávkování včetně rychlosti bolusového podání léčiva?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:**

Zadavatel uvádí, že pro lineární dávkovač pro položku „Dávkovací rychlost“ uvedenou v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technické podmínky) bude akceptovat technické řešení s tímto parametrem: min. 0,1 – 999,9 ml/h, a pro položku „Rychlost bolusu“ bude akceptovat technické řešení s tímto parametrem: min. 1 – 1800 ml/h.

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:**

Zadavatel v bodě 4.4. Zadávací dokumentace požaduje prokázat technickou kvalifikaci předložením dokladů prokazujících shodu nabízených výrobků. Chtěli bychom zadavatele poprosit, aby tento požadavek vyjmul z požadavků na kvalifikaci dodavatele a přesunul do obecných zadávacích podmínek (kde obvykle bývá zařazen). Vzhledem k tomu, že výrobci nemají legislativní povinnost poskytovat originály nebo ověřené kopie prohlášení o shodě a běžně tak nečiní, je velice problematické v případě výběru zadavateli předložit zákonem vyžadované originály/ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:**

Zadavatel uvádí, že požadavek na předložení dokladů k prokázání shody nabízených přístrojů bude vyjmut z technické kvalifikace a bude součástí podmínek zadavatele uvedených v článku 6 zadávací dokumentace.

**Z důvodu, že na základě výše uvedeného dochází v dokumentu zadávací dokumentace a Příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technické podmínky) veřejné zakázky ke změně, zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Upravená verze zadávací dokumentace a Přílohy č. 1 zadávací dokumentace ve smyslu výše uvedeného bude zveřejněna na profilu zadavatele. Aktualizace lhůty pro podání nabídek bude uveřejněna také ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. Dále bude provedena rovněž aktualizace lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.**

---

MUDr. Vít Lorenc  
předseda představenstva

---

Ing. Alena Kudrlová, MBA  
člen představenstva