



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 25. 8. 2022

**k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

„Infuzní technika“

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V bodě č. 7.11. Kupní smlouvy zadavatel uvádí: Prodávající se tímto zavazuje zajistit, že nejméně po dobu pěti (5) let po uplynutí záruční doby budou pro Kupujícího dostupné veškeré náhradní díly pro řádnou opravu nebo jiné odstranění závady nebo poškození Předmětu smlouvy. Dále v bodě č. 12.2. Kupní smlouvy zadavatel uvádí: Pokud Prodávající poruší svůj závazek uvedený v odst. 7.11. této smlouvy, zavazuje se Kupujícímu uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny včetně DPH dle odst. 6.2.1. této smlouvy

Žádáme v Kupní smlouvě o upřesnění podmínky závazku dodávání dílů po dobu pozáručního servisu (5 let) a sice za předpokladu, že bude Prodávající po výše uvedenou dobu (výhradním) zastoupením pro výrobce ZP. Zároveň s ohledem na tuto skutečnost považujeme výši smluvní pokuty ve výši 10% dle bodu 12.2. za nepřiměřeně vysokou.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že závazek dostupnosti náhradních dílů je vázán na dobu udržitelnosti projektu a plné funkčnosti dodávaného přístroje. Podmínky dodávání náhradních dílů jsou dostatečně specifikovány v Příloze č. 3 Kupní smlouvy v odstavci 2. bod d) a odstavci 4.

Smluvní pokuta je nastavena motivačně, neplnění podmínek, tzn. nefunkčnost přístrojů v době udržitelnosti projektu generuje pro zadavatele sankce vůči orgánu poskytujícím dotaci. Zadavatel trvá na výši smluvní pokuty.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V bodě č. 2. odst. b) Přílohy č. 3 Kupní smlouvy „Pozáruční servis“ zadavatel požaduje bezplatné provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol

Uvedený bod chápeme tak, že Kupující požaduje po celou dobu 5 let provádění BTK na infuzní technice zdarma. Prosíme o vysvětlení tohoto bodu s ohledem na rentabilitu pozáručních servisních úkonů vč. BTK.



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že provádění BTK je zahrnuto v ceně pozáručního servisu dle článku 6., bodu 6.2.2 Kupní smlouvy, která tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Zadavatel předpokládá, že dodavatel zohlední tuto skutečnost v ceně za poskytování pozáručního servisu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V bodě č. 4 Přílohy č. 2 Kupní smlouvy „Záruka a záruční podmínky“ zadavatel uvádí: Způsobenou újmu se však Prodávající zavazuje uhradit v plné výši bez ohledu na to, zda újma převyšuje smluvní pokutu a to i v části, která je kryta smluvní pokutou. Za újmu se považuje i úplata, kterou Kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které Kupující nemohl pro závadu na Předmětu smlouvy provést za použití Zařízení.

Žádáme u upřesnění bodu ve smyslu platnosti za předpokladu vady či nefunkčnosti ZP dle parametrů stanovených výrobcem, nikoli však v důsledku nesprávného či neoprávněného zásahu či poškození pověřenou osobou Kupujícím či třetí osobou.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že tato podmínka je již uvedena v Příloze č. 2 Kupní smlouvy v odstavci 1.

Citace:

„Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem do Předmětu smlouvy Kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ v Předmětu smlouvy, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži Prodávajícího a/nebo Předmětu smlouvy“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

V bodě č. 7. Přílohy č. 3 kupní smlouvy „Pozáruční servis“ zadavatel uvádí: V případě, že si to Kupující ze závažných důvodů vyžádá, je Prodávající povinen poskytnout uživatelskou podporu v místě plnění, a to ve formě osobní přítomnosti pracovníka Prodávajícího, který poskytne Kupujícímu požadovaná vysvětlení nebo vykoná potřebné úkony nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy.

Žádáme o upřesnění platnosti tohoto bodu za předpokladu, bude-li se jednat o nestandardní projev/chybovou hlášku ZP. V případě, že technik shledá vyžádanou podporu jako neoprávněnou (s ohledem na proškolení obsluhy), je Prodávající oprávněn účtovat tento úkon nad rámec pozáručního servisu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel uvádí, bod 7. Přílohy č. 3 Kupní smlouvy pojednává o nástupu na odstranění závady v místě plnění a netýká se uživatelské podpory v místě plnění. Příloha č. 3 Kupní smlouvy neobsahuje ustanovení o uživatelské podpoře.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

V bodě č. 3 přílohy č. 2 Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje provádět po dobu pěti (5) let od skončení Záruční doby servisní činnost v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy, touto smlouvou, příslušnou právní úpravou, aplikovatelnými normami a provozními potřebami Kupujícího. Kupující se zavazuje za poskytování pozáručního servisu dohodnutou cenu dle čl. 6, bodu 6.2.2 smlouvy a bodu 6.3.2 smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

Zde chápeme, že by byl Prodávající povinen v rámci ceny pozáručního servisu sjednaného touto smlouvou provádět vytvoření/zadání nových setů a stříkaček do knihovny. Tento úkon je však časově velice náročný s přihlédnutím k možným potřebám Kupujícího. Účastník navrhuje doplnění konkrétního počtu setů nahraných při prodeji s tím, že případné dohrání dalších setů by bylo hrazeno již nad rámec pozáručního servisu. Anebo má být cena účastníkem započítána do pozáručního servisu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel uvádí, že požadavek na knihovnu léků s možností individualizace knihovny pro jednotlivá oddělení je definován v Příloze č. 1 (Technické podmínky) zadávací dokumentace, který dodavatel musí splnit při dodání. V pozáručním servisu není následná aktualizace zahrnuta, není tedy součástí ceny za poskytování pozáručního servisu.

MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva