

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1** **ze dne 30. 08. 2022**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**Dodávky spinálních implantátů a instrumentaria, vč. zápůjčky navigačního systému pro Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.**

**Část 1 – Navigované implantáty a instrumentarium pro spondylochirurgické výkony**

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.  
Zastoupený: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva  
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva  
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01  
IČ: 26068877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku na „Dodávky spinálních implantátů a instrumentaria, vč. zápůjčky navigačního systému pro Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., Část 1 – Navigované implantáty a instrumentarium pro spondylochirurgické výkony, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 08. 08. 2022, který byl uveřejněn pod evidenčním číslem zakázky Z2022-031880 ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

### **Dotaz č. 1:**

Pro Veřejnou zakázku Dodávky spinálních implantátů a instrumentaria, vč. zápůjčky navigačního systému pro Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s. dle technické specifikace části 1. Dotaz se týká podskupin částí 1. - navigovaných pedikulárních systémů pro stabilizaci pro Th-L páteře jsou požadavky na implantáty a instrumentarium stejné, v počtech níže uvedených:

Navigovaný pedikulární systém na stabilizaci Th-L páteře otevřeně a náhrada meziobratlové bederní ploténky PLIF – 2 ks  
Navigovaný pedikulární systém na stabilizaci Th-L páteře otevřeně a náhrada meziobratlové bederní ploténky TLIF – 2 ks  
Navigovaný úrazový systém na stabilizaci Th-L páteře otevřeně + příčník v počtu 3 ks,

Celkem se jedná o 7 kompletních stejných instrumentárií dle Vaší zadávací dokumentace.

Rádi bychom Vám nabídli v rámci VŘ jeden komplexní navigovaný pedikulární systém, splňující všechny Vaše technické požadavky na tyto výše uvedené podskupiny, a to v celkovém počtu 4 ks pro výše uvedené 3 podskupiny.

Naše řešení Vám zajistí dostatečný počet setů pro plánovanou a akutní operativu, významně nižší nároky na úložné prostory/plochu a v neposlední řadě i významnou finanční úsporu v rámci jejich pořízení.

Bude zadavatel akceptovat takto navrhnuté řešení?

### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:**

Počty instrumentárií tak, jak jsou uvedeny v technické specifikaci části 1. jsou zvoleny s ohledem na nově vznikající centrální sterilizaci. Je pravděpodobné, že se při jejím vzniku prodlouží doba obratu jednotlivých sít. Dále musí být vytvořena záloha instrumentárií pro eventuální znesterilnění operačního síta. Musíme být připraveni i na krizovou možnost, že bude třeba instrumentovat na dvou operačních

sálech paralelně (v tomto případě by jedna instrumentační operace musela být nenavigovaná). Celkový počet kompletních stejných instrumentárií proto nebudeme měnit, měl by být 7.

V Českých Budějovicích dne 30. 08. 2022

Ing. Michaela Michalcová  
Oddělení veřejných zakázek