



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 31. 8. 2022

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

„Infuzní technika“

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 1 Technické podmínky vyplývá, že Zadavatel vyžaduje společně s rozhraním HL7 dodat i veškerý potřebný HW a SW. Z důvodu, že se jedná o SW řešení potom takový požadavek znamená dodání fyzického serveru do IT infrastruktury nemocnice. Vyžaduje zadavatel dodání HW i v případě, kdy je možné daný SW nahrát na stávající HW infrastrukturu nemocnice jako virtuální server?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že v současnosti nedisponuje dostatečnou volnou kapacitou virtualizačního prostředí. Daný SW tedy nelze nahrát na stávající serverovou infrastrukturu nemocnice jako virtuální server. Jestliže realizace a zajištění komunikace přes rozhraní HL7 vyžaduje dodání fyzického serveru, pak musí být součástí dodávky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 1 Technické podmínky vyplývá, že Zadavatel vyžaduje společně s rozhraním HL7 dodat i veškerý potřebný HW a SW. Takové rozhraní vyžaduje vyhrazenou instanci databázového serveru Microsoft SQL včetně licence Windows Server, obojí verze 2016 nebo 2019. Má zadavatel v rámci svého licenčního ujednání k dispozici tyto licence pro využití na takové rozhraní HL7?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel nemá v rámci pořízených licencí k dispozici využitelné licence Microsoft SQL server 2016/2019 a ani licence Microsoft Windows Server 2016/2019. Jestliže pro realizaci a zajištění komunikace přes rozhraní HL7 je potřeba vyhrazená instance Windows serveru a databázového serveru Microsoft SQL, pak součástí dodávky musí být i potřebné licence.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Dle zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 1 Technické podmínky zadavatel u dokovacích stanic požaduje „Možnost dalšího rozšíření až na min. 18 pozic“. Bude zadavatel akceptovat řešení tohoto požadavku využitím dalších dokovacích stanic podle typu výrobce např. se 4, 6 nebo 8 pozicemi dle potřeb zadavatele? Toto řešení je výhodnější zejména z důvodu velkého rozmezí obslužné výšky infuzních pump a lineárních dávkovačů. Navíc toto řešení je výhodnější i z důvodů větší prostorové variability a nijak neovlivňuje funkci monitoringu a přiřazení přístrojů k lůžku.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že za předpokladu dodržení požadavku „S možností dalšího rozšíření až na min. 18 pozic“ uvedeného v Příloze č. 1 (Technické podmínky) pro dokovací stanici je plně na dodavateli, jakým způsobem tento požadavek splní, respektive jaké technické řešení nabídne.

MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva