



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 ZE DNE 7. 9. 2022

**k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

„Anesteziologické přístroje“

ZADAVATEL: **NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.**
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k Části 2 veřejné zakázky:

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Technické podmínky - Část 2

Elektronicky řízený ventilátor s elektrickým nebo pneumatickým pohonem, nezávislý na rozvod plynů nebo jakékoliv řešení, které v případě výpadku centrálního rozvodu plynů umožní dokončit započatý chirurgický výkon se zachováním všech funkcí anesteziologického přístroje (kromě nastavení FiO₂)

V případě který popisuje zadavatel uvažuje v potaz situaci, která by nastala výpadkem všech plynů kromě O₂?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k Části 2 veřejné zakázky:

Zadavatel uvádí, že v Příloze č. 1 (Technické podmínky) zadávací dokumentace pro Část 2 veřejné zakázky u výše uvedeného parametru, popisuje situaci, kdy dojde k výpadku všech medicinálních plynů včetně O₂.

MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva