



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 ZE DNE 8. 9. 2022

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

„Infuzní technika“

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Z vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 25. srpna 2022 vyplývá, že zadavatel akceptoval také možnost nabídnout přístroje, které mají rychlost bolusu 1 – 1800 ml/h. Z opravy přílohy č. 1 ZD Technická specifikace ale vyplývá, že zadavatel bude akceptovat pouze takové přístroje, které mají rychlost bolusu od min. 1 – 1800 ml/h. To však zužuje počet možných účastníků; tak vysoké rychlosti bolusu navíc v praxi není třeba, protože personálu neumožňuje podat pacientovi bolus přesně. Lze se domnívat, že původní dotaz spíše směřoval na možnost nabídnutí technického řešení u spodního limitu vyššího než původní požadovaný parametr, který byl min. 0,1 ml/h, a zároveň možnosti nabídnutí vyšší hranice rychlosti bolusu. Mohl by zadavatel přehodnotit tuto opravu a upravit přílohu č. 1 ZD tak, aby akceptoval i přístroje s původním minimálním rozsahem rychlosti bolusu od 0,1 - do 1200 ml/h, tzn. požadovat rychlost bolusu 1 - 1200 ml/h?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že pro lineární dávkovač pro položku „Rychlost bolusu“ uvedenou v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technické podmínky) bude akceptovat technické řešení s tímto parametrem: min. 1 – 1200 ml/h.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Může si účastník řízení do přílohy č. 6 cenová nabídka doplnit další řádky pro doplnění cenové kalkulace pro SW a HW?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že s ohledem na výše uvedené bude provedena úprava Přílohy č. 6 (Cenová nabídka) zadávací dokumentace.

Z důvodu, že na základě výše uvedeného dochází v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technické podmínky) a Příloze č. 6 (Cenová nabídka) zadávací dokumentace veřejné zakázky ke změně, zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Upravená verze Přílohy č. 1 a Přílohy č. 6 (a zadávací dokumentace s aktualizací lhůty pro podání nabídek) ve smyslu výše uvedeného bude zveřejněna na profilu zadavatele. Aktualizace lhůty pro podání nabídek bude uveřejněna také ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. Dále bude provedena rovněž aktualizace lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.