



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 ZE DNE 16. 9. 2022

**k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

„Infuzní technika“

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ze zadávací dokumentace konkrétně z přílohy č. 1 Technické podmínky vyplývá, že Zadavatel požaduje infuzní pumpy, které budou splňovat rozsah „KVO režim min. 0,1 - 5 ml/h (nastavitelné)“. Uchazeč může nabídnout infuzní pumpu s parametrem KVO větším než požadovaném rozsahu, tzn. v režimu KVO od 1 až do 20 ml/h, který je dle znalostí a zkušeností účastníka pro udržení otevření otevřené žíly u infuzní pumpy adekvátní a v praxi využívaný. Bude zadavatel akceptovat infuzní pumpu s KVO režimem 1 – 20 ml/h?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že u infuzní pumpy pro položku „KVO režim“ uvedenou v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technické podmínky) bude akceptovat technické řešení s tímto parametrem: KVO režim min. 1 – 5 ml/h (nastavitelné).

Z důvodu, že na základě výše uvedeného dochází v Příloze č. 1 (Technické podmínky) zadávací dokumentace ke změně, zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Upravená verze Přílohy č. 1 (a zadávací dokumentace s aktualizací lhůty pro podání nabídek) ve smyslu výše uvedeného bude zveřejněna na profilu zadavatele. Aktualizace lhůty pro podání nabídek bude uveřejněna také ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. Dále bude provedena rovněž aktualizace lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva