

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	CT přístroj multidetektorový 128 řad
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Sídlo zadavatele:	U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
IČO:	26095157
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva Ing. Alena Kudrlová, MBA, členka představenstva

V Praze dne 26.09.2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v příloze č. 4, Technické podmínky, část “Serverové a počítačové řešení” dodání “10 ks monitor vysokokontrastní diagnostický lékařský s certifikací, barevný, rozlišení min. 2 Mpx, min. 24”, s možností kalibrace barev”. Podle informace od dodavatelů diagnostických monitorů byla ukončena výroba v tomto požadovaném formátu 24”. Aktuálně lze v oblasti diagnostických monitorů dodat formát 21” nebo 30”. Prosíme tedy o informaci, zda bude zadavatel akceptovat dodávku 10ks diagnostických monitorů menšího formátu 21” nebo 5ks diagnostických monitorů většího formátu 30”, které jsou aktuálně jediné produkované a splňují požadované nároky zadavatele.

Odpověď:

Zadavatel aktualizuje přílohu č. 4 - Technické podmínky v části Serverové a počítačové řešení. Zadavatel aktualizuje položku č. 38. Nová textace položky zní: 10 ks monitor vysokokontrastní diagnostický lékařský s certifikací, barevný, rozlišení min. 2 Mpx, min. 21”, s možností kalibrace barev.

Přílohou je aktualizovaná Příloha č. 4, kde je změna vyznačena žlutou barvou. Účastníci jsou při zpracování své nabídky vycházet z této aktualizované verze.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel tímto vysvětlením prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Konec lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 31.10.2022 na 11:00.

Seznam příloh:

- Aktualizovaná příloha č. 4

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková