

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Dodávka operačních stolů a operačních světel – opakované řízení
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190

V Praze dne 12. 10. 2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel ve veřejné zakázce Dodávka operačních stolů a světel, uvádí v části 1 u operačních stolu pro COS nosnost stolu minimálně 450 kg. Předpokládá uchazeč správně, že tak jak je standardem vycházel zadavatel z prospektů některých výrobců, kteří tuto nosnost uvádějí jako zatížení základního modulu ve středové poloze. Uchazečem nabízený výrobce uvádí hodnotu ve všech krajních polohách a to 225 kg. Bude zadavatel akceptovat tuto variantu při splnění medicínských požadavků? Výrobce uvádí tuto hodnotu v krajních polohách právě proto, aby si byl personál byl jistý, že tuto uvedenou hodnotu může použít bez dalšího omezení.

Odpověď:

Jedná se o zatížení ve středové (nulové) poloze. Pokud bude mít nabízený výrobek požadovanou nosnost alespoň ve středové (nulové) poloze, bude tento požadavek splněn.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

ZADAVATEL TÍMTO VYSVĚTLENÍM PRODLOUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE NOVĚ STANOVEN NA 1. 11. 2022 DO 11:00 HODIN.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková