

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Dodávka operačních stolů a operačních světel – opakované řízení
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190

V Praze dne 13. 10. 2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel neuvádí v požadavcích parametr „hloubku osvětlení „ bude zadavatel požadovat hloubku osvětlení 1700mm ta jak je dnes již standardem?

Odpověď:

Zadavatel v rámci technických podmínek nespecifikuje požadovanou hloubku osvětlení. Dodavatel je oprávněn nabídnout hloubku osvětlení dle svého uvážení za předpokladu dodržení technických parametrů stanovených zadavatelem v rámci zadávací dokumentace.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková