

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Dodávka operačních stolů a operačních světel – opakované řízení
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Písek, a.s.
Sídlo zadavatele:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČO:	26095190

V Praze dne 17. 10. 2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

zasíláme žádost o vysvětlení pro část 1 VZ operační stoly.

Požadováno zadavatelem v příloze č.4.1:

1) operační stůl musí být mobilní, s pevnou operační deskou, s elektrickým polohováním (nahoru-dolu, Trendelenburg - anti- Trendelenburg, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty, podélný posuv desky), ostatní polohování stolu mechanicky, výškově stavitelný v rozsahu alespoň 600 až 1050 mm

Bude zadavatel akceptovat polohování stolu v rozsahu 607 – 1157, tedy 550 mm, což je mnohem více než požadovaných 450 mm?

Odpověď:

Zadavatel trvá na svém požadavku – rozsahu alespoň 600 až 1050 mm, tedy možnost nastavení výšky již od 600 mm.

Dotaz č. 2

operační stůl musí mít záložní (nouzové) ovládání na boku základny stolu s indikací aktuálního stavu baterií (umístění pod nožní nebo zádovou částí je nepřijatelné)

Námi nabízený mobilní operační stůl má záložní ovládání v hlavové nebo nožní části. Je velmi snadno přístupné z obou stran stolu bez nutnosti stůl obcházet a naprosto splňuje medicínský účel. Dále je zde ovládání umístěno i z důvodů bezpečnosti, kdy je eliminována možnost poškození jako u ovládání na boční straně. Stoly s tímto umístěním záložního ovládání jsou na COS, chirurgických a ortopedických pracovištích nemocnic v celé ČR, kde používají extenční nožní část.

Bude zadavatel akceptovat toto řešení ?

Odpověď:

Zadavatel trvá na svém požadavku.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková